



WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: DZP.2610.2.2020

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„ Usługa serwisu sprzętu medycznego – aparatu TK ”.

Pytanie nr 12-SIWZ, OPZ – UZUPEŁNIENIE ODPOWIEDZI do wyjaśnień z dnia 12.03.2020 r.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie osobnego pakietu stacji Syngo.Via, w celu znacznego obniżenia kosztów eksploatacji tomografu komputerowego, który w naszej opinii jako niezależnego serwisu urządzeń medycznych jest głównym przedmiotem postępowania. Wskazujemy, iż Syngo.Via działa niezależnie od tomografu komputerowego, a zdalna diagnostyka tomografu jest prowadzona bezpośrednio bez jakiegokolwiek korelacji ze stacją Syngo.Via. Konieczność wydzielenia Stacji Syngo Via do oddzielnego pakietu została potwierdzona w Wyroku KIO 1500/17 (wyrok w załączeniu).Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że pozostawienie w obecnej formie opisu przedmiotu zamówienia spowoduje brak możliwości złożenia oferty w rzeczonym postępowaniu dla podmiotów innych niż producent urządzenia. Należy również zauważyć, iż serwis tych dwóch niezależnych urządzeń może być prowadzony jednocześnie przez dwa różne podmioty, a Zamawiający jako podmiot publiczny jest zobligowany do wydatkowania środków publicznych w sposób umożliwiający prowadzenie uczciwej konkurencji (art. 7 ustawy PZP).Wydzielenie stacji Syngo.Via do odrębnego pakietu nie uniemożliwi złożenia oferty producentowi aparatu .

Odowiedź: Zamawiający wydzielił do osobnego pakietu stację Syngo.Via. Dział III opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie o treści jak niżej:

Przedmiotem zamówienia jest serwis sprzętu medycznego 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej .

WADIUM: 20 000,00 zł

Pakiet nr 1. Tomograf komputerowy SOMATOM Definition AS sn 64991
Wstrzykiwacz OptiVAntage sn CI0510B543

WADIUM: 6 000,00 zł

Pakiet nr 2. System opisowy Syngo.via sn 100315

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

KOMENDANT
107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
SPZOZ w WAŁCZU

plk lek. Artur BOBRUK

Wyk.: M.C, M.N
Dnia : 16.03.2020 r.