



Do wiadomości uczestników postępowania


**107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu** informuje o wpłynięciu zapytań dotyczących prowadzonego postępowania oznaczonego symbolem DZP.2610.5.2020 „Dostawa sprzętu medycznego część II”.

1. Dotyczy pkt. 7: Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający pamięć 200 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów zdarzeń alarmowych. Ze względu na dużą ilość danych analizowanie 500 zestawów odcinków jest wysoce utrudnione na kardiomonitorze.  
**Odp. Zamawiający wymaga spełnienia warunków specyfikacji technicznej.**
2. Dotyczy pkt. 8 i 9: Czy Zamawiający dopuści, do przetargu, kardiomonitor posiadający funkcję ręcznego wpisania parametrów pacjenta które pozwalają na spersonalizowanie profilu oraz zachowanie trendów w postaci pliku.  
**Odp. Zamawiający wymaga spełnienia warunków specyfikacji technicznej.**
3. Dotyczy pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści, do przetargu, kardiomonitor posiadający funkcję analizy odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0mV. Bez możliwości ustawienia jednostki pomiarowej „mm”. Mv jest jednostką popularną i przyjętą za standard w Polsce, zmiana w tym przypadku może wprowadzić niepotrzebną komplikację lub w ostateczności spowodować pomyłkę.  
**Odp. Zamawiający wymaga spełnienia warunków specyfikacji technicznej.**
4. Dotyczy pkt. 21: Czy Zamawiający dopuści, do przetargu, kardiomonitor posiadający funkcję analizy odchylenia odcinka ST bez możliwości QT. Parametr ST jest powszechnie znany, uważany za praktyczny standard, pozwala na znacznie lepszą diagnozę niż QT.  
**Odp. Zamawiający wymaga spełnienia warunków specyfikacji technicznej.**
5. Dotyczy pkt. 26: Czy Zamawiający dopuści, do przetargu, kardiomonitor posiadający funkcję kreślenia prędkości EKG co najmniej 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s. Prędkość 3 mm/s jest bardzo wolnym tempem wyświetlania który powoduje, że ta opcja jest nieczytelna.  
**Odp. Zamawiający wymaga spełnienia warunków specyfikacji technicznej.**
6. Dotyczy pkt. 30: Czy Zamawiający dopuści, do przetargu, kardiomonitor posiadający zakres pomiaru pulsu 20-250 /min. Jest to wystarczający zakres do pełnej diagnozy pacjenta.  
**Odp. Zamawiający wymaga spełnienia warunków specyfikacji technicznej.**
7. Dotyczy pkt. 35: Czy Zamawiający dopuści, do przetargu, kardiomonitor posiadający funkcję pomiaru ciśnienia NIBP w zakresie 10-270 mmHG. Zakres ten jest całkowicie wystarczający do dobrej analizy ciśnienia pacjenta.  
**Odp. Zamawiający wymaga spełnienia warunków specyfikacji technicznej.**
8. Dotyczy pkt 36: Czy Zamawiający dopuści, do przetargu, kardiomonitor posiadający funkcję pomiaru pulsu wraz z NIBP w zakresie 40-240 bpm. Zakres ten jest całkowicie wystarczający do dobrej analizy pulsu pacjenta.  
**Odp. Zamawiający wymaga spełnienia warunków specyfikacji technicznej.**
9. Dotyczy pkt. 56: Czy Zamawiający dopuści, do przetargu, kardiomonitor nie posiadający wyświetlania informacji pomocniczej przy korzystaniu z funkcji zaznaczonej na monitorze. Funkcje oraz menu oferowanego kardiomonitora zaprojektowany są w sposób jednoznaczny i przejrzysty, i nie wymagają dodatkowych wyjaśnień.  
**Odp. Zamawiający wymaga spełnienia warunków specyfikacji technicznej.**

10. Dotyczy pkt. 62: Czy Zamawiający dopuści, do przetargu, kardiomonitor posiadający funkcje odczytu parametru HR z trendów oraz krzywej EKG 24 godzin „full disclosure”. Jest to wystarczające aby profesjonalnie określić stan pacjenta.  
**Odp. Zamawiający wymaga spełnienia warunków specyfikacji technicznej**
11. Dotyczy pkt. 63: Czy Zamawiający dopuści, do przetargu, kardiomonitor posiadający funkcję analizy NIBP, ciśnienia z ostatnich 24 godzin. Informacje wyświetlane to średnia, średnia za dnia, średnia w nocy, maksymalnej, minimalnej. Są to parametry w pełni wystarczające do profesjonalnej diagnozy stanu pacjenta.  
**Odp. Zamawiający wymaga spełnienia warunków specyfikacji technicznej**

**Zadanie nr 2 Zestaw Intensywnego Nadzoru – 1 kpl.**

12. **Dotyczy pkt. 7:** Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający pamięć 160 godzin trendów oraz 200 zdarzeń alarmowych? Jest to wystarczająca ilość zapewniająca rzetelną analizę stanu pacjenta.  
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**
13. **Dotyczy pkt. 19:** Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor zapewniający monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń z opcją rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń oraz analizą odcinka ST z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie bez możliwości ustawienia pomiaru w mm?  
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**
14. **Dotyczy pkt. 21:** Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez możliwości pomiaru i monitorowania odcinka QT oraz m.in. trzech wzorców analizy QTc?  
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**
15. **Dotyczy pkt. 26:** Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający 3 prędkości kreślenia: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s?. Są to wystarczające wielkości do pomiaru pacjenta  
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**
16. **Pkt. 30 –** Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający zakres pomiaru pulsu z SpO2 do 254 ud/min? Jest to wystarczający zakres do monitorowania wszystkich kategorii wiekowych pacjentów.  
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**
17. **Dotyczy pkt. 35:** Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający pomiar NIBP w zakresie do 270 mmHg.? Jest to wystarczająca wielkość do monitorowania pacjenta.  
**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższy kardiomonitor, ale nie wymaga.**
18. **Dotyczy pkt. 36:** Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP od 40÷240 bpm. Jest to wystarczająca wielkość do monitorowania pacjenta.  
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**
19. **Dotyczy pkt. 62 -** Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez dedykowanej funkcji analizy zmian częstości akcji serca ? Oferowany kardiomonitor posiada system trendów umożliwiający analizę HR w danym odstępie czasu.  
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**



Wyk.: P. Szagun-Kądziońska Tel. 261 47 28 15  
Dnia 9.07.2020.  
Ilość egzemplarzy: 1

42.

**ZASTĘPCA KOMENDANTA**  
107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu  
DS. LICZNICTWA



.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

*lek. Polim...*

**107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

ul. Kołobrzaska 44, 78-600 Wałcz  
Telefon 261 47 28 15; Fax 261 47 28 15  
Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874

Bank Gospodarstwa Krajowego  
Oddział w Szczecinie  
Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002