



Do wiadomości uczestników postępowania

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu informuje o wpłynięciu zapytań dotyczących prowadzonego postępowania oznaczonego symbolem DZP.2610.5.2020 „Dostawa sprzętu medycznego część II”.

Dotyczy Zadanie nr 2:

1. Pkt 2 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o masie 4,3 kg?
Odp: Tak, Zamawiający dopuści powyższy monitor, ale nie wymaga.
2. Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści trendy wszystkich mierzonych parametrów z 168 h z rozdzielczością od 10 s (dla skali czasu 20 minut) do 84 minut (dla skali czasu 168h)? Pragniemy zaznaczyć, że zbyt wysoka rozdzielczość dla wymaganej tak dużej skali czasu mogłaby powodować zbyt długą analizę i przeszukiwanie trendów.
Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.
3. Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści archiwum 200 zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika?
Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.
4. Pkt 12 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru częstości rytmu serca 30 do 300 bpm?
Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.
5. Pkt 14 Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru częstości rytmu serca $\pm 5\%$ lub ± 5 bpm, większa z wartości ?
Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.
6. Pkt 15 Czy Zamawiający dopuści prędkość kreślenia do wyboru 12,5; 25 i 50 mm/s?
Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.
7. Pkt 17 Czy Zamawiający dopuści czułość 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 40 mm/mV?
Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.
8. Pkt 19 Czy Zamawiający dopuści lepszy parametr: zakres analizy odchylenia ST -9 do + 9 mm (-0,9 do +0,9 mV)?
Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.
9. Pkt 20 Czy Zamawiający dopuści trendy ST, bez możliwości prezentacji zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych?
Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.

10. Pkt 21 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor nieposiadający monitorowania odcinka QT?
Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.
11. Pkt 22 Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w ocenie technicznej lub będzie wymagał, aby algorytm analizy arytmii realizował ją jednocześnie w min. 3 odprowadzeniach – zgodnie z zaleceniami AHA, co minimalizuje występowanie fałszywych alarmów i zwiększa wykrywalność rzeczywistych zaburzeń?
Odp: Zamawiający nie przyzna dodatkowych pkt oraz nie wymaga aby algorytm analizy arytmii realizował ją jednocześnie w min 3 odprowadzeniach.
12. Pkt 22 Czy Zamawiający dopuści analizę 16 zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem następujących zaburzeń.
Odp: Zgodnie z SIWZ.
13. Asystolia, V Fib / V Tach, V Tach, VT>2 , R na T, V Brady, Para komorowa, Bigeminia, Komorowy
Odp: Zgodnie z SIWZ.
14. przyspieszający, Wieloogn. PVCs, A Fib, Skurcz ominięty, Pauza, Tachy, Brady, Trigemina ?
Odp: Zgodnie z SIWZ.
15. Zwracamy uwagę na to, że opisane przez zamawiającego wymogi „...Stymulator nie przechwytuje, Stymulator nie generuje impulsów” nie są zaburzeniami rytmu serca, tylko komunikatami o nieprawidłowym funkcjonowaniu stymulatora serca.
Odp: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
16. Pkt 24 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru 4-120 odd/min?
Odp: Tak, Zamawiający dopuści, ale nie wymaga.
17. Pkt 25 Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru $\pm 5\%$ lub ± 5 oddechów na minutę (większa z tych wartości)?
Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.
18. Pkt 26 Czy Zamawiający dopuści prędkość kreślenia 6,25 mm/s; 0,625 mm/s?
Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.
19. Pkt 27 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji?
Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.
20. Pkt 29 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru saturacji 1-100%?
Odp: Tak, Zamawiający dopuści, ale nie wymaga.
21. Pkt 30 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru pulsu od 30 do 250 bpm?
Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.
22. Pkt 31 Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100%: w bezruchu: ± 2 ; w ruchu: ± 3 ; niska perfuzja: ± 3 ?
Odp: Tak, Zamawiający dopuści, ale nie wymaga.

23. Pkt 32 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji pozwalającej na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankiету na kończynie na której założony jest czujnik?
Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.
24. Pkt 33 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez alarmu desaturacji?
Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.
25. Pkt 34 Czy Zamawiający będzie wymagał lub przyzna dodatkową punktację w ocenie technicznej za algorytm pomiarowy Dinamap SUPERSTAT, wykorzystujący dwutubowy system wężyków i mankiетów, skokowy algorytm deflacji, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiарową akcję serca?
Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.
26. Pkt 36 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez pomiaru pulsu z mankiету NIBP?
Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.
27. Pkt 37 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym dokładność parametru NIBP została zwalidowana za pomocą metody wewnątrz tętniczej (pomiarы ciśnienia krwi przy pomocy urządzenia są równoznaczne z pomiarami techniką wewnątrz tętniczą w zakresie zaleconym przez normę)?
Odp: Tak, Zamawiający dopuści, ale nie wymaga.
28. Pkt 39 Czy Zamawiający dopuści Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: regulowany w zakresie 1÷120 minut?
Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.
29. Pkt 56 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji?
Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.
30. Pkt 57.3 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością zawieszenia alarmu na 2 minuty oraz bez limitu czasowego?
Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.
31. Pkt 60 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w tryb nocny z możliwością dostosowania jasności ekranu, głośności skurczu, alarmu oraz tonu zakończenia pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia?
Odp: Tak, Zamawiający dopuści, ale nie wymaga.
32. Pkt 62, pkt 63 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji opisanych w pkt 62 oraz 63, ale wyposażony dodatkowe w funkcję wczesnego ostrzegania EWS oraz pamięć pełnych przebiegów dynamicznych z ostatnich 36 godzin?
Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.
33. Pkt 64 Czy Zamawiający dopuści funkcję tworzenia raportów EKG, raportów trendów tabelarycznych i graficznych oraz raportów w czasie rzeczywistym z możliwością wydruku raportu za pomocą rejestratora podłączonego bezpośrednio do monitora lub za pomocą zdalnego rejestratora/drukarki laserowej podłączonej do stacji centralnej?
Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.
34. Pkt 65.1 Czy Zamawiający dopuści czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 3h?
Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.

35. Pkt 65.2 Czy Zamawiający uzna za spełnienie czas ładowania akumulatora nie dłuższy niż 4 h (do poziomu 90%)?

Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.

36. Pkt 68, 69, 70 Czy Zamawiający dopuści brak funkcji opisanych w pkt 68, 69, 70?

Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.

37. Pkt 76 Czy ze względu na niebezpieczeństwo wycieku danych osobowych pacjenta Zamawiający zrezygnuje z punktacji tego wymogu?

Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.

System centralnego nadzoru.

38. Pkt 2 Czy Zamawiający dopuści przekątną 21,5 cala?

Odp: Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.

39. Czy Zamawiający wymaga aby ekrany centrali były certyfikowanymi wyrobami medycznymi?

Odp: Tak, Zamawiający wymaga.

40. Pkt 2a Czy Zamawiający dopuści brak możliwości uruchamiania pomiaru NIBP z poziomu centrali?

Odp: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

41. Pkt 2d Czy Zamawiający dopuści stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w pamięć pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure) z 144 godzin przynajmniej 12-tu krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) dla każdego pacjenta?

Odp: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

42. Pkt 2e Czy Zamawiający dopuści stanowisko centralnego monitorowania umożliwiające podgląd maksymalnie 72 godzin trendów dla każdego pacjenta?

Odp: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

43. Dotyczy SIWZ

Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

Odp: Jeżeli dokumenty wymienione w pkt V 1.3.1. siwz tj. katalog, folder, ulotka i tym podobne nie zawierają pełnej informacji dotyczącej spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego wykonawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie potwierdzone przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania.

44. Brak górnego limitu naliczenia kary umownej za opóźnienie w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy

zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu obiektywnie nieuzasadnione źródło wzbogacenia się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej. Dodatkowo, standardem rynkowym jest wprowadzenie górnego limitu ograniczenia kar umownych, celem zapobieżenia wskazanego wyżej nieuzasadnionemu wzbogaceniu się Zamawiającego z jednej strony, a z drugiej pozwala Wykonawcy skalkulować ryzyko finansowe wiążące się z realizacją umowy. W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej w wysokości 10% i dodanie do paragrafu 9 następującego punktu:

„Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia opisanego w par. 5 pkt. 1.”

Odp: Zamawiający nie wyraża na propozycję Wykonawcy. Przepisy prawa nie nakładają na Zamawiającego określenia górnego limitu naliczania kar umownych.

45. Dotyczy wzoru umowy § 11 pkt. 1

Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze stron, w związku z czym prosimy zamawiającego o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin nie krótszy niż 14 dniowy.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Zamawiający zwraca uwagę, iż w wymienionych przypadkach Zamawiającemu przysługuje prawo, a nie obowiązek odstąpienia od umowy. Zamawiającemu zależy przede wszystkim na realizacji umowy, a nie odstępowaniu od niej. Należy ponadto zauważyć, iż propozycja Wykonawcy nie mogłaby mieć zastosowania do każdego z przypadków wymienionych w par. 11 ust. 1.

46. Dotyczy wzoru umowy § 11 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu na:

„Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia”?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.


SZEF LOGISTYKI
107 Szpitala Wojskowego Przychodnią SPZOZ w Wałczu
inż. Marian Ciesiński

KOMENDANT
107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
SPZOZ w WAŁCZU

pik lek. Artur BOBRUK
.....
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Wyk.: P. Szagun-Kądziora Tel. 261 47 28 15

Dnia 14.07.2020.

Ilość egzemplarzy: 1

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

Telefon 261 47 28 15; Fax 261 47 28 15

Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002



