



SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ



ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „**DOSTAWA ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH**”.
– znak sprawy **DZP.2610.8.2020**

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Zakres zmian specyfikacji:

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia :

BYŁO

Zadanie 7 Endoproteza barku urazowo – rekonstrukcyjna

Wadium: 690,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

lp.	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Kwota pod.Vat	produce numer katalog
1	Proteza do mocowania cementowego, dostępna z 3 średnicami trzpienia, odpowiednio $\varnothing 6,5\text{mm}$, $\varnothing 9\text{mm}$ i $\varnothing 12\text{mm}$, z min. 7 rozmiarami głowy protezy ze średnicami od 39mm do 50mm, niecentryczne głowy protezy, umożliwiające mimośrodowy obrót by uzyskać offset. Anatomicznie dopasowany	5 kompletów							

<p>trzcień protezy bez dodatkowych elementów centrujących. Wysokość głowy protezy związana z jej średnicą. Stały kąt pochylenia 130 stopni. Część przynasadowa spłaszczona dla lepszego mocowania guzków. otwór w części przynasadowej umożliwiający poprzeczne umiejscowienie przeszczepu kostnego z głowy kości ramiennej, część przynasadowa porowata pokryta HA z wypolerowanym fragmentem w części przyśrodkowej dla bezpiecznego mocowania nici. Instrumentarium wyposażone w przyrząd służący do uzyskania przeszczepu kostnego z głowy kości ramiennej.</p>								
RAZEM								

JEST

Zadanie 7 Endoproteza barku urazowo – rekonstrukcyjna

Wadium: 690,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

lp.	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Kwota pod.Vat	producent numer katalogow
1	Endoprotezę barku z trzpieniem tytanowym w rozmiarach 8,10,12,14 i długościach od 120 do 170mm gdzie każdy trzcień posiada min. 3 otwory służące do doszycia stożka rotatorów. Trzcień można użyć bezcementowo jak i cementowo bez konieczności używania centralizera. Głowy wykonane ze stali	5 kompletów							

chirurgicznej 316 L w średnicach od 40 do 54 mm w wersji symetrycznej i 44-50mm w wersji niesymetrycznej. Każda głowa występuje przynajmniej w 2 wysokościach. Trzpień protezy kompatybilny z innymi elementami systemu co umożliwia konwersję na wersję całkowitą anatomiczną lub odwróconą, bez konieczności usuwania trzpienia.							
RAZEM							

BYŁO

Zadanie 8 Endoproteza barku odwrócona urazowa

Wadium: 1350,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

Nazwa handlowa	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Kwota pod.Vat	producen numer katalogov
Trzpień monoblok cementowany w części dalszej z otworem w części bliższej umożliwiającym włożenie przeszczepu uzyskanego przy użyciu dedykowanego narzędzia, dostępny w min. 5 średnicach od 7 do 15mm. W części bliższej pokryty HA. Lateralizujący polietylenowy wkład ramienny dostępny w 2 średnicach i 3 wysokościach, odpowiednio 6mm, 9mm i 12mm, - element panewkowy pokryty HA mocowany 4 śrubami (min. 2 blokowane z 30-stopniowym zakresem ruchomości w każdym kierunku, długości od 18-45mm), - sferyczna	5 kompletów							

panewka dostępna w 2 średnicach odpowiednio 36 i 42mm,
Możliwość opcjonalnego użycia specjalnego „spacera” lateralizującego o wys. 9mm, długich trzpieni min. 170 mm oraz płyty bazowej z długim pegiem.

RAZEM

JEST

Zadanie 8 Endoproteza barku odwrócona urazowa

Wadium: 1350,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Kwota pod.Vat	producent numer katalogow
	Endoprotezę barku z trzpieniem tytanowym w rozmiarach 8,10,12,14 i długościach od 120 do 170mm gdzie każdy trzpień posiada min. 3 otwory służące do doszycia stożka rotatorów. Trzpień można użyć bezcementowo jak i cementowo bez konieczności używania centralizera. Panewka bezcementowa będąca płytą bazową w rozmiarach 44,44s,46 i 48 oraz w wersji rewizyjnej ,mocowana na 2 śruby gąbczaste z blokowaniem 15 stopni w każdym kierunku w długościach od 24 do 40mm i opcjonalnie śruba korowa. Glenosfera w rozmiarach 36 i 39 wbijana i dokręcana do panewki. Wkładki lateralizujące w 3 wysokościach rosnąco co 5 mm kompatybilne z rozmiarem glenosfery.	5 komp letów							

1	<p>Endoprotezę barku z trzpieniem tytanowym w rozmiarach 8,10,12,14 i długościach od 120 do 170mm gdzie każdy trzpień posiada min. 3 otwory służące do doszycia stożka rotatorów. Trzpień można użyć bezcementowo jak i cementowo bez konieczności używania centralizera. Głowy wykonane ze stali chirurgicznej 316 L w średnicach od 40 do 54 mm w wersji symetrycznej i 44-50mm w wersji niesymetrycznej. Każda głowa występuje przynajmniej w 2 wysokościach. Panewka bezcementowa w rozmiarach 44,44s,46 i 48 oraz w wersji rewizyjnej ,mocowana na 2 śruby gąbczaste z blokowaniem 15 stopni w każdym kierunku w długościach od 24 do 40mm i opcjonalnie śruba korowa. Wkładka polietylenowa wbijana do panewki. Możliwość konwersji endoprotezy za pomocą wymiany 2 elementów bez konieczności usuwania trzpienia i panewki.</p>	5 komple tów						
RAZEM								

BYŁO

Zadanie 10 Konwertowalna odwrócona endoproteza barku

Wadium: 2740,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

<p>170mm gdzie każdy trzpień posiada min. 3 otwory służące do doszycia stożka rotatorów. Trzpień można użyć bezcementowo jak i cementowo bez konieczności używania centralizera. Panewka bezcementowa będąca płytą bazową w rozmiarach 44,44s,46 i 48 oraz w wersji rewizyjnej ,mocowana na 2 śruby gąbczaste z blokowaniem 15 stopni w każdym kierunku w długościach od 24 do 40mm i opcjonalnie śruba korowa. Glenosfera w rozmiarach 36 i 39 wbijana i dokręcana do panewki. Wkładki lateralizujące w 3 wysokościach rosnąco co 5 mm kompatybilne z rozmiarem glenosfery.</p>	<p>10 komp letów</p>							
RAZEM								

KOMENDANT
107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
SPZOZ w WAŁCZU

płk Lesz. Artur BOBRUK

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Wyk.: A.G. Tel. 261 47 28 15
Dnia: 05.10.2020 r.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzaska 44, 78-600 Wałcz
Telefon: 261 47 28 15-; Fax: 261 47 28 15

apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Regon 570544566 NIP 765-14-95-874

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002