



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel./Fax. (067) 250 28 61
e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym – znak 09/med/2009, na dostawę endoprotez i zespołów ortopedycznych - ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 15.05.2009r pod numerem 150560

Pytanie 1 – dotyczące Zadania 8

Czy w pozycji 3 (gwóźdź Kirschnera średnica 1,2 cm) nie nastąpiła pomyłka, ponieważ wcześniej już występuje ta pozycja? Czy Zamawiający wymaga wyceny dwa razy tej samej pozycji?

Odpowiedz

W zadaniu 8 w poz.3 nastąpiła pomyłka (gwóźdź Kirschnera średnica 1,2 cm), Zamawiający wymaga wyceny tej pozycji jeden raz.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania 8

Czy w tym zadaniu nie nastąpiła pomyłka i zamiast „cm” nie powinno być „mm”?

Odpowiedz

W zadaniu 8 w poz.3 nastąpiła pomyłka i zamiast „cm” powinno być „mm”.

Pytanie 3 – dotyczące Zadania 9

Czy w związku z tym iż w/w zadaniu nie są uwzględnione elementy typu: wkręty blokujące, śruba zaślepiająca to czy Zamawiający wymaga ich zaoferowania? W przypadku aprobaty prosimy o podanie ilości w/w elementów przypadających na 1 gwóźdź krętarsowy?

Odpowiedz

W zadaniu 9 na każdą 1 szt. gwoździa krętarsowego Zamawiający wymaga 2 szt. wkrętu blokującego.

Zamawiający nie wymaga śruby zaślepiającej.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 11, 12, 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w zadaniach wkrętów z główką sześciokątną zamiast wkrętów z główką krzyżakową?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga wkrętów z główką krzyżakową.

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 16

Z uwagi na niewielkie roczne zapotrzebowanie gwoździ do kości ramiennej (12 szt.), czy Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia instrumentarium do w/w gwoździ na rzecz dostarczania instrumentarium na zabieg? W przypadku konieczności pozostawienia instrumentarium na cały czas trwania umowy przy tak znikomych ilościach skutkować to będzie znacznym wzrostem cen implantu.

Odpowiedz

Zamawiający przychyła się do w/w propozycji dostarczania instrumentarium na zabieg pod warunkiem max. czasu dostarczenia 24h od chwili zgłoszenia potrzeby użycia.

Pytanie 6 – dotyczące Zadania 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie płytek drobnych 8x2 samodociskowych pod wkrety średnicy 2,7 zamiast płytek 8x2,5?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie płytek drobnych 8x2 samodociskowych pod wkrety średnicy 2,7 zamiast płytek 8x2,5.

Pytanie 7 – dotyczące projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par.1 ust.2 na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym z tym, że ustalona ilość przedmiotu umowy nie może ulec zmniejszeniu więcej niż o 20% wartości umowy, co nie jest odstępstwem od umowy, nawet w części”. Zamawiający winien oszacować wartość zamówienia publicznego z należytą starannością. Przeszacowanie zamówienia publicznego ponad 20% może świadczyć o niezachowaniu tej staranności. Skutków tego działania nie może jednak ponosić działający w dobrej wierze dostawca.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

Pytanie 8 – dotyczące projektu umowy

Z par.4 ust.3 d) wynika, że Zamawiający wymaga umieszczenia daty ważności na fakturze. Czy Zamawiający odstąpi od tej konieczności w przypadku wyrobów niesterylnych? Jednocześnie informujemy, że implanty niesterylne nie ulegają procesowi starzenia w związku z czym nie można określić ich daty ważności. W przypadku aprobaty prosimy o modyfikację w/w zapisu.

Odpowiedz

Zamawiający przychyła się do proponowanej zmiany w treści umowy.

Pytanie 9 – dotyczące projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par.4 ust.4 na: „(...) do jego niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad do 7 dni po przedstawieniu pisemnej reklamacji wraz z reklamowanym towarem, o ile okaże się ona uzasadniona”. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Dostawcę obowiązek załatwienia reklamacji jedynie w oparciu o zgłoszenie wadliwości towaru, bez możliwości ustosunkowania się do niej.

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę w treści umowy.