



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel./Fax. (067) 250 28 61
e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym – znak 09/med/2009, na dostawę endoprotez i zespołów ortopedycznych - ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 15.05.2009r pod numerem 150560

Pytanie 1 – dotyczące projektu umowy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w Paragrafie 2: „ W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, 80% ilości towarów określonej, w niniejszej umowie, okres obowiązywania umowy automatycznie przedłuży się do dnia zrealizowania przez Wykonawcę umowy w takim (80%) zakresie, nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej podpisania.”?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w treści umowy.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 w poz. 4 dotyczącej systemu próżniowego wymaga zaoferowania strzykawki do kanału kości udowej oraz miski z mimośrodowym mieszalnikiem do cementowania próżniowego panewki?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawki do kanału kości udowej oraz miski z mimośrodowym mieszalnikiem do cementowania próżniowego panewki

Pytanie 3 – dotyczące Zadania 2

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 ma na myśli i wymaga zaoferowania endoprotezy bezcementowej o następujących parametrach:

Trzpień wykonany z tytanu, press-fitowy, na przekroju owalny, z bocznymi wklęsłościami antyrotacyjnymi, w 1/2 długości napyłany warstwą tytanu i hydroxyapatytu, w 8 rozmiarach (od 115 do 165mm długości),eurokonus 12/14

Panewka typu press-fit, wykonana z tytanu, napyłana warstwą tytanu i hydroxyapatytu, z trzema otworami na śruby, posiadającymi zatyczki, w rozmiarach od 44 do 70 mm średnicy zewnętrznej, z opcją zamiany na panewkę typu pressfit posiadającą na obwodzie cztery skrzydełka antyrotacyjne w tych samych rozmiarach w zależności od potrzeb operatora.

Wkład do panewki- wykonany z polietylenu, odpowiadający rozmiarom panewek pressfitowych, symetryczny i asymetryczny z opcją wkładu panewkowego zatraskowego zapobiegającego luksacji głowy wewnętrznej, wykonanego z tytanu i polietylenu w rozmiarach od 48 do 62mm,

Głowa metalowa wykonana ze stopu CoCrMo, w pięciu rozmiarach długości szyjki (S,M,L,XL,XXL),średnica zewnętrzna 28 mm.?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga zaferowania endoprotezy bezcementowej o w/w parametrach.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 10

Czy Zamawiający w zadaniu 10 dopuści zaferowanie płytek do kłykci o dł. odpowiednio 108 mm, 156 mm, 204 mm, zamiast płytek o dł. 100 mm, 148 mm, 196 mm ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w płytki do kłykci.

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 18

Czy Zamawiający w Zadaniu 18 dopuści zaferowanie płytki drobnej 8x2 samodociskowej pod wkręty 2,0 mm, zamiast 2,7 mm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej płytki drobnej.

Pytanie 6 – dotyczące Zadania 21

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 dopuści zaferowanie płytki ustalającej z pełnym kontaktem 130 st. o dł. :

- dla 2-otw. L=48 mm
- dla 4-otw L=64 mm
- dla 6-otw L=80 mm
- dla 8-otw L=96 mm
- dla 10-otw L=112 mm
- dla 12-otw L=144 mm
- dla 14-otw L=176 mm
- dla 16-otw L=208 mm
- dla 18-otw L=240 mm
- dla 20-otw L=272 mm
- dla 22-otw L=304 mm

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w płytek ustalających.

Pytanie 7 – dotyczące Zadania 21

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 dopuści zaferowanie śruby zespalającej śr. gwintu 12,5 mm a dł. gwintu 22 mm, zamiast 18 mm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w śruby zespalającej.