



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kołobrzeska 44  
78-600 Wałcz  
Tel./Fax. (067) 250 28 61  
e-mail : [apteka@107sw.mil.pl](mailto:apteka@107sw.mil.pl)

107 Szpital Wojskowy SP. Z.O.Z. w Wałczu zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielanie zamówienia publicznego : **Dostawa materiałów szewnych chirurgicznych** przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP w dniu 03.07.2009 pod numerem 221398 - 2009 oraz ogłoszonego na stronie internetowej [www.107sw.mil.pl](http://www.107sw.mil.pl) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie 107 Szpitala Wojskowego SP. Z.O.Z , ul. Kołobrzeska 44 , 78-600 Wałcz w dniu 03.07.2009r. , wybrane zostały jako oferty najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ oferty firmy:

#### **Pytanie 1 – dotyczące Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, plecione, powlekane kopolimerem kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?  
Zapewniają one te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo.

#### **Odpowiedz**

Wymogi dotyczące właściwości i parametrów zostały jasno określone w opisie pakietów. Zamawiający dopuszcza wszystkie materiały szewne spełniające te wymogi.

#### **Pytanie 2 – dotyczące Pakietu nr 8 poz. 10 – 11**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, plecione, powlekane, wytwarzane z kwasu glikolowego o okresie wchłaniania ok. 42 dni i podtrzymaniu tkankowym około 50% po 8-11 dniach od zaimplantowania, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

#### **Odpowiedz**

Wymogi dotyczące właściwości i parametrów zostały jasno określone w opisie pakietów. Zamawiający dopuszcza wszystkie materiały szewne spełniające te wymogi.

#### **Pytanie 3 – dotyczące Pakietu nr 14**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w zadaniu dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaproaktanu, wchłaniające się w okresie 90 – 120 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?  
Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo.

#### **Odpowiedz**

Wymogi dotyczące właściwości i parametrów zostały jasno określone w opisie pakietów. Zamawiający dopuszcza wszystkie materiały szewne spełniające te wymogi.

#### **Pytanie 4 – dotyczące Pakietu nr 15**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici bez środka antybakteryjnego.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza nici bez środka antybakteryjnego.

**Pytanie 5 – dotyczące Pakietu nr 15**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, plecione, powlekane wchłaniające się w okresie 54 – 70 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?

Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo.

**Odpowiedz**

Wymogi dotyczące właściwości i parametrów zostały jasno określone w opisie pakietów. Zamawiający dopuszcza wszystkie materiały szewne spełniające te wymogi.

**Pytanie 6 – dotyczące Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tym pakiecie na nici chirurgiczne o czasie całkowitego wchłonięcia zawartym w okresie 50-90 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Uzasadnienie:**

biorąc pod uwagę spełnienie opisanych istotnych parametrów szwu chirurgicznego, jakimi są: okres podtrzymywania tkankowego, gwarantowany czas podtrzymywania tkanek, powleczenie oraz fakt, że opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 1 i pakietu nr 2 jest tożsamy za wyjątkiem czasu całkowitego wchłonięcia szwu, nasza prośba o rozszerzenie czasu całkowitego wchłonięcia dla nici chirurgicznych w pakiecie nr 1 do 90 dni per analogia do pakietu nr 2(50-90 dni), umożliwi Zamawiającemu uzyskanie większej konkurencyjności pośród składanych ofert zakresie ceny i jakości proponowanych materiałów szewnych, bez zmiany istotnych parametrów szwu chirurgicznego, opisanego w ww. pakietach.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici według zapisów SIWZ.

**Pytanie 7 – dotyczące Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do tolerancji długości nici 70-75cm w pozycjach, gdzie wskazana jest długość 75cm?

**Uzasadnienie:**

dopuszczenie tolerancji długości szwu o 5cm umożliwi złożenie oferty producentom, którzy w swojej ofercie posiadają opisany przedmiot zamówienia, ale z przyczyn produkcyjno-technologicznych mają w swojej ofercie nici o długości 70cm, co w żaden sposób nie wpływa na ich jakość oraz na poziom bezpieczeństwa przy ich zastosowaniu w zabiegach operacyjnych.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici według zapisów SIWZ.

**Pytanie 8 – dotyczące Pakietu nr 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ w tym pakiecie, tj: czy Zamawiający dopuszcza tolerancję wielkości igły w tym pakiecie +/- 1mm, czy też +/- 1 mm?

**Uzasadnienie:**

Zamawiający w pozostałych pakietach dopuszcza odpowiednio tolerancję dla wielkości igły na zasadzie zapisu +/- (plus/minus), a tylko w pakiecie nr 1 zapis ten wskazuje na +/- 1mm (plus/1mm). Pozostawienie tego zapisu w takiej postaci w sposób znaczący utrudnia zasadę zachowania uczciwej konkurencji i sposób istotny ją ogranicza.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza tolerancję dla wielkości igły w tym pakiecie +/- 1 mm.

**Pytanie 9 – dotyczące Pakietu nr 1, poz.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na szew chirurgiczny z igłą 22mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Uzasadnienie:**

proponowana wielkość igły odbiega od przyjętej zapisami SIWZ tolerancji zaledwie o 1mm.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici i igły według zapisów SIWZ.

**Pytanie 10 – dotyczące Pakietu nr 1, poz.5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na szew chirurgiczny z igłą 24mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Uzasadnienie:**

proponowana wielkość igły odbiega od przyjętej zapisami SIWZ tolerancji zaledwie o 1mm.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici i igły według zapisów SIWZ.

**Pytanie 11 – dotyczące Pakietu nr 1, poz.12,15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tych pozycjach na szew chirurgiczny z igłą 37mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

W przypadku odpowiedzi negatywnej wnosimy o wyłączenie tych pozycji z pakietu nr 1 i przeniesienie ich do pakietu nr 2, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici i igły według zapisów SIWZ.

**Pytanie 12 – dotyczące Pakietu nr 1, poz.16**

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na szew chirurgiczny z igłą 48mm, niepogrubioną, typu Easyslide, wykonaną ze stopu stali serii 300, która charakteryzuje się dużą odpornością na zginanie i łamanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku odpowiedzi negatywnej wnosimy o wyłączenie tej pozycji z pakietu nr 1 i przeniesienie jej do pakietu nr 2, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej.

**Uzasadnienie:**

struktura oferowanych przez naszą firmę igieł typu Easyslide, zabezpiecza użytkownika przed złamaniem i nie wymaga dodatkowego pogrubienia(wzmocnienia).

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici i igły według zapisów SIWZ.

**Pytanie 13 – dotyczące Pakietu nr 1, poz.19,20**

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty w tych pozycjach na szew chirurgiczny z igłą 48mm, niepogrubioną, typu Easyslide, wykonaną ze stopu stali serii 300, która charakteryzuje się dużą odpornością na zginanie i łamanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku odpowiedzi negatywnej wnosimy o wyłączenie tych pozycji z pakietu nr 1 i przeniesienie ich do pakietu nr 2, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej.

**Uzasadnienie:**

struktura oferowanych przez naszą firmę igieł typu Easyslide, zabezpiecza użytkownika przed złamaniem i nie wymaga dodatkowego pogrubienia(wzmocnienia).

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici i igły według zapisów SIWZ.

**Pytanie 14 – dotyczące Pakietu nr 1, poz.21,22**

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty w tych pozycjach na szew chirurgiczny z igłą 60mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku odpowiedzi negatywnej wnosimy o wyłączenie tych pozycji z pakietu nr 1 i przeniesienie ich do pakietu nr 2, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici i igły według zapisów SIWZ.

**Pytanie 15 – dotyczące Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do tolerancji długości nici 140-150cm w pozycjach, gdzie wskazana jest długość 150cm?

**Uzasadnienie:**

dopuszczenie tolerancji długości szwu o 10cm umożliwi złożenie oferty producentom, którzy w swojej ofercie posiadają opisany przedmiot zamówienia, ale z przyczyn produkcyjno-technologicznych mają w swojej ofercie nici o długości 140cm, co w żaden sposób nie wpływa na ich jakość oraz na poziom bezpieczeństwa przy ich zastosowaniu w zabiegach operacyjnych.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici według zapisów SIWZ.

**Pytanie 16 – dotyczące Pakietu nr 3, poz.5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na szew chirurgiczny z nicią o kolorze fioletowym, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku odpowiedzi negatywnej wnosimy o wyłączenie tej pozycji z pakietu nr 3 i przeniesienie jej do pakietu nr 4, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici według zapisów SIWZ.

**Pytanie 17 – dotyczące Pakietu nr 5, poz.2,3,6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do tolerancji długości nici 150-180cm w pozycjach, gdzie wskazana jest długość 180cm?

**Uzasadnienie:**

dopuszczenie tolerancji długości szwu umożliwi złożenie oferty producentom, którzy w swojej ofercie posiadają opisany przedmiot zamówienia, ale z przyczyn produkcyjno-technologicznych mają w swojej ofercie nici o długości 150cm, co w żaden sposób nie wpływa na ich jakość oraz na poziom bezpieczeństwa przy ich zastosowaniu w zabiegach operacyjnych.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici według zapisów SIWZ.

**Pytanie 18 – dotyczące Pakietu nr 5, poz.2,3,6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tych pozycjach na nici chirurgiczne pakowane 2x75cm, wzorem zapisu z pozycji nr 6 tego pakietu, gdzie Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na nici pakowane a 2x70cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty w tych pozycjach na nici chirurgiczne pakowane 2x75cm.

**Pytanie 19 – dotyczące Pakietu nr 5, poz.4**

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na szew chirurgiczny z igłą 43mm, niepogrubioną, typu Easyslide, wykonaną ze stopu stali serii 300, która charakteryzuje się dużą odpornością na zginanie i łamanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku odpowiedzi negatywnej wnosimy o wyłączenie tej pozycji z pakietu nr 5, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej.

**Uzasadnienie:**

struktura oferowanych przez naszą firmę igieł typu Easyslide, zabezpiecza użytkownika przed złamaniem i nie wymaga dodatkowego pogrubienia(wzmocnienia).

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici i igły według zapisów SIWZ.

**Pytanie 20 – dotyczące Pakietu nr 5, poz.5**

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na szew chirurgiczny z igłą 55mm, niepogrubioną, typu Easyslide, wykonaną ze stopu stali serii 300, która charakteryzuje się dużą odpornością na zginanie i łamanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku odpowiedzi negatywnej wnosimy o wyłączenie tej pozycji z pakietu nr 5, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej.

**Uzasadnienie:**

struktura oferowanych przez naszą firmę igieł typu Easyslide, zabezpiecza użytkownika przed złamaniem i nie wymaga dodatkowego pogrubienia(wzmocnienia).

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici i igły według zapisów SIWZ.

**Pytanie 21 – dotyczące Pakietu nr 6, poz.4,5,6,10**

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wydzielenie wskazanych pozycji z pakietu nr 6 do pakietu nr 7 jako nici chirurgicznych specjalistycznych, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej w pakiecie nr 6.

**Uzasadnienie:**

przedmiot zamówienia opisany w pozycjach 4,5,6,10 ww. pakietu tworzą nici specjalistyczne, których parametry są charakterystyczne dla tylko i wyłącznie 1 wykonawcy i producenta, co uniemożliwia dochowanie zasady uczciwej konkurencji i wskazuje na możliwość uzyskania zamówienia publicznego w zakresie pakietu nr 6 przez konkretnego 1 wykonawcę i producenta tych szwów.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici i igły według zapisów SIWZ.

**Pytanie 22 – dotyczące Pakietu nr 6, poz.9**

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na szew chirurgiczny z nicią o długości 90cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? Proponowana długość nici jest dłuższa od wymaganej zapisami SIWZ długości minimalnej(75cm).

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza proponowaną długość nici.

**Pytanie 23 – dotyczące Pakietu nr 8, poz.12,13**

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wydzielenie wskazanych pozycji z pakietu nr 8 do pakietu nr 9 jako nici chirurgicznych specjalistycznych, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej w pakiecie nr 8.

**Uzasadnienie:**

przedmiot zamówienia opisany w pozycjach 12,13, ww. pakietu tworzą nici specjalistyczne, których parametry są charakterystyczne dla tylko i wyłącznie 1 wykonawcy i producenta, co uniemożliwia dochowanie zasady uczciwej konkurencji i wskazuje na możliwość uzyskania zamówienia publicznego w zakresie pakietu nr 8 przez konkretnego 1 wykonawcę i producenta tych szwów.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici i igły według zapisów SIWZ.

**Pytanie 24 – dotyczące Pakietu nr 8, poz.4,6**

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty w tych pozycjach na szew chirurgiczny z igłą 24mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku odpowiedzi negatywnej wnosimy o wyłączenie tych pozycji z pakietu nr 8 i przeniesienie ich do pakietu nr 9, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej.

**Uzasadnienie:**

proponowana wielkość igły odbiega od przyjętej zapisami SIWZ tolerancji zaledwie o 1mm.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici i igły według zapisów SIWZ.

**Pytanie 25 – dotyczące Pakietu nr 8, poz.10,11**

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty w tych pozycjach na szew chirurgiczny z nicią o długości 70cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? Proponowana długość nici jest krótsza o zaledwie 5cm od wymaganej zapisami SIWZ długości minimalnej(75cm).

**Uzasadnienie:**

dopuszczenie tolerancji długości szwu o 5cm umożliwi złożenie oferty producentom, którzy w swojej ofercie posiadają opisany przedmiot zamówienia, ale z przyczyn produkcyjno-technologicznych mają w swojej ofercie nici o długości 70cm, co w żaden sposób nie wpływa na ich jakość oraz na poziom bezpieczeństwa przy ich zastosowaniu w zabiegach operacyjnych.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici i igły według zapisów SIWZ.

**Pytanie 26 – dotyczące Pakietu nr 14, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na szew chirurgiczny z nicią o długości 70cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Uzasadnienie:**

dopuszczenie tolerancji długości szwu o 5cm umożliwi złożenie oferty producentom, którzy w swojej ofercie posiadają opisany przedmiot zamówienia, ale z przyczyn produkcyjno-technologicznych mają w swojej ofercie nici o długości 70cm, co w żaden sposób nie wpływa na ich jakość oraz na poziom bezpieczeństwa przy ich zastosowaniu w zabiegach operacyjnych. Jednocześnie nadmieniamy, że większość nici opisanych w tym pakiecie ma przypisaną długość 70cm.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici i igły według zapisów SIWZ.

**Pytanie 27 – dotyczące Pakietu nr 14, poz.3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na szew chirurgiczny z igłą 37mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Uzasadnienie:**

proponowana wielkość igły odbiega od przyjętej zapisami SIWZ tolerancji zaledwie o 1mm.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici i igły według zapisów SIWZ.

**Pytanie 28 – dotyczące Pakietu nr 14, poz.9**

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 14, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej w pakiecie nr 14.

Uzasadnienie:

przedmiot zamówienia opisany w pozycji 9. ww. pakietu stanowi nić specjalistyczna, której parametry są charakterystyczne dla tylko i wyłącznie 1 wykonawcy i producenta, co uniemożliwia dochowanie zasady uczciwej konkurencji i wskazuje na możliwość uzyskania zamówienia publicznego w zakresie pakietu nr 14 przez konkretnego 1 wykonawcę i producenta tych szwów.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici i igły według zapisów SIWZ.

**Pytanie 29 – dotyczące załącznika nr 1 do SIWZ – wzór formularza oferty**

Czy Zamawiający wymaga, aby podane wartości cenowe w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) dotyczyły całości składanej oferty, tj. stanowiły jedną kwotę, zawierającą w sobie ceny poszczególnych pakietów, na które składana jest oferta, czy też należy dla każdego pakietu, na który składana jest oferta, wypełniać odrębnie załącznik nr 1?

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga aby podane wartości cenowe w wymienionym formularzu ofertowym dotyczyły całości składanej oferty tj. stanowiły jedną kwotę, zawierającą w sobie ceny poszczególnych pakietów, na które składana jest oferta.

**Pytanie 30 – dotyczące Pakietu nr 10, poz.1**

Czy w Pakiecie 10 Zamawiający dopuści nić polipropylenową 10/0 z igłą podwójną o krzywiznie 7/16 koła, 140 mikronów, przy spełnieniu pozostałych wymagań ?

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici i igły według zapisów SIWZ.

**Pytanie 31 – dotyczące Pakietu nr 10, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści nić polipropylenową 10/0 o dł. 20 cm, z 2 igłami prostymi 140 mikronów, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza proponowaną nić polipropylenową .

**Pytanie 32 – dotyczące Pakietu nr 10, poz. 3,4**

Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 10 pozycje nr 3 i 4 o odrębnym zadaniu ?

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici i igły według zapisów SIWZ.

**Pytanie 33 – dotyczące Pakietu nr 12, poz.4**

Czy w Pakiecie nr 12 poz. 4 Zamawiający dopuści nić 4/0 z igłą 380 mikronów, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici i igły według zapisów SIWZ.

**Pytanie 34 – dotyczące Pakietu nr 12, poz.1**

Czy w Pakiecie nr 12 poz.1 Zamawiający dopuści nić 5/0 z 2 igłami o dł. 11,0 mm , 380 mikronów, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici i igły według zapisów SIWZ.

**Pytanie 35 – dotyczące Pakietu nr 12, poz.3**

Czy w Pakiecie nr 12 poz.3 Zamawiający dopuści nić 7/0 z 2 igłami, ½ koła o przekroju typu „lancet” 200 mikronów, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici i igły według zapisów SIWZ.

**Pytanie 36 – dotyczące Pakietu nr 12, poz.2**

Czy w Pakiecie nr 12 poz.2 Zamawiający dopuści nić z 2 igłami o dł. 11,0 mm , 330 mikronów, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici i igły według zapisów SIWZ.