



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel./Fax. (067) 250 28 61
e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym – znak 13/med/2009, na **Dostawę materiałów szewnych chirurgicznych** - ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 03.07.2009r pod numerem 221398

Pytanie 1 – dotyczące Pakietu nr 1 i 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 i 2 dopuści szwy, których początkowa wytrzymałość węzła wynosi około 140% dla USP i EP, w okresie po dwóch tygodniach od wszczęcia wytrzymałość węzła wynosi około 80% i przekracza 30% po trzech tygodniach od wszczęcia?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici według zapisów SIWZ.

Pytanie 2 – dotyczące Pakietu nr 1, poz. nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć z pakietu nr 1 poz. nr 1 do osobnego Pakietu ?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu nr 1 poz. nr 1 do osobnego Pakietu.

Pytanie 3 – dotyczące Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści:

poz.5, długość igły 24 mm?

poz.8, długość igły 27 mm?

poz.9, igłę okrągłą 27 mm?

poz.12, długość szwu 75 cm ?

poz.15, długość igły 37 mm?

poz.21,22, długość igły 60 mm ?

poz.23, długość szwu 45 cm ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych zmian długości igieł i nici.

Pytanie 4

Czy Zamawiający zgodzi się na utworzenie odrębnego Pakietu dla pozycji 24 – 32 ?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie odrębnego Pakietu dla pozycji 24 – 32.

Pytanie 5 – dotyczące Pakietu nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści:

poz.2, długość igły 37 mm?

poz.3, długość igły 39 mm, długość szwu 75 cm ?

poz.4, długość szwu 75 cm ?

poz.5, długość igły 37 mm?

poz.6, długość igły 48 mm, długość szwu 5 x 45 cm ?

poz.8, długość igły 48 mm ?

poz.10, długość szwu 75 cm ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych zmian długości igieł i nici.

Pytanie 6 – dotyczące Pakietu nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 dopuści również nici w kolorze zielonym ?

Odpowiedz

Zamawiający w Pakiecie nr 3 dopuszcza nici w kolorze zielonym.

Pytanie 7 – dotyczące Pakietu nr 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 dopuści :

szwy w kolorze niebieskim i białym?

poz.2,3, długość szwu 250 cm ?

poz.4, długość igły 40 mm , długość szwu 5 x 75 cm ?

poz.5, długość igły 48 mm ?

poz.6, długość szwu 250 cm ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza szwy w kolorze niebieskim i białym, dla pozostałych pozycji Zamawiający nie dopuszcza proponowanych zmian długości igieł i nici.

Pytanie 8 – dotyczące Pakietu nr 14

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 dopuści:

poz.3, igłę okrągłą 37 mm ?

poz.9, długość igły 13 mm, długość szwu 75 cm ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych zmian długości igieł i nici.

Pytanie 9 – dotyczące pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 21 dopuści igłę 55 mm ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany długości igły.

Pytanie 10 – dotyczące pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 22 dopuści igłę 60 mm ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany długości igły.

Pytanie 11 – dotyczące pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 23 dopuści nić o długości 70 cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany długości nici.

Pytanie 12 – dotyczące pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści igłę 22 mm ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany długości igły.

Pytanie 13 – dotyczące pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści nić o długości 75 cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany długości nici.

Pytanie 14 – dotyczące pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pozycji nr 4 i pozycji 10 dopuści igłę ½ koła odwrotnie tnącą 36 mm ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany długości igły.

Pytanie 15 – dotyczące pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści nić 70 cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany długości nici.

Pytanie 16 – dotyczące pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pozycji nr 12 dopuści nić 70 cm o rozmiarze 0?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nić według zapisów SIWZ.

Pytanie 17 – dotyczące pakietu nr 7

Czy Zamawiający w pozycji nr 7 dopuści nić o długości 90 cm o rozmiarze 2/0?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nić według zapisów SIWZ.

Pytanie 18 – dotyczące pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści nić o długości 45 cm ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany długości nici.

Pytanie 19 – dotyczące pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pozycji nr 7 dopuści igłę 36,4 mm ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany długości igły.

Pytanie 20 – dotyczące pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pozycji nr 10 dopuści nić o długości 45 cm ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany długości nici.

Pytanie 21 – dotyczące pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pozycji nr 12 dopuści nić o rozmiarze 0 i długości 75 cm ?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nić według zapisów SIWZ.

Pytanie 22 – dotyczące pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pozycji nr 13 dopuści nić o rozmiarze 1 i długości 75 cm ?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nić według zapisów SIWZ.

Pytanie 23 – dotyczące pakietu nr 10

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 i pozycji nr 4 dopuści nić syntetyczną polipropylenową, monofilament , niewchłaniającą bez PVDF?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga złożenia oferty na nić według zapisów SIWZ.

Pytanie 24 – dotyczące pakietu nr 11

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści nić syntetyczną polipropylenową, monofilament , niewchłaniającą?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 3 nić syntetyczną polipropylenową, monofilament , niewchłaniającą.

Pytanie 25 – dotyczące pakietu nr 12

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści nić o długości 75 cm ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 1 nić o długości 75 cm

Pytanie 26 – dotyczące pakietu nr 14

Czy Zamawiający w pozycji nr 9 dopuści igłę 1/2 koła i nić 4/0?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga złożenia oferty na igłę i nić według zapisów SIWZ.

Pytanie 27 – dotyczące pakietu nr 15

Czy Zamawiający w pozycji nr 11 dopuści nić o długości 70 cm ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 11 nić o długości 70 cm .

Pytanie 28 – dotyczące pakietu nr 16

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści igłę 90 mm ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany długości igły.