



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kołobrzeska 44  
78-600 Wałcz  
Tel./Fax. (067) 250 28 61  
e-mail : [apteka@107sw.mil.pl](mailto:apteka@107sw.mil.pl)

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym – znak 22/med/2009, **na dostawę materiałów jednorazowego użytku** - ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 09.10.2009r pod numerem 352444

**Pytanie 1 – dotyczące Zadania 7**

Czy w celu zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych rękawiczek oraz ich zgodności z normami rękawice lateksowe niesterylne mają być produkowane pod kontrolą jednostki notyfikowanej ( potwierdzenie zasadności oznakowanie rękawic znakiem CE) i w związku z tym do oferty ma być załączony stosowny certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje stosownych certyfikatów wydanych przez jednostkę notyfikowaną jedynie na wyraźne pisemne żądanie.

**Pytanie 2 – dotyczące Zadania 7**

Czy rękawice lateksowe niesterylne mają być mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, co zapewnia optymalną chwytność?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza rękawice lateksowe niesterylne mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, zapewniających optymalną chwytność.

**Pytanie 3 – dotyczące Zadania 8**

Czy rękawice chirurgiczne mają być szczelne dla wirusów i w związku z tym do oferty ma być dołączony raport z testu na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F1671-97?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.

**Pytanie 4 – dotyczące Zadania 10**

Czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w cewniki do odsysania.

**Pytanie 5 – dotyczące Zadania 11**

Czy nie nastąpiła oczywista omyłka i Zamawiający będzie wymagał cewników do odsysania drzewa oskrzelowego wykonanych z medycznego PCV?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza cewniki do odsysania drzewa oskrzelowego wykonanych z medycznego PCV.

**Pytanie 6 – dotyczące Zadanie nr 12**

Czy strzykawki jednorazowego użytku mają być dwuczęściowa z oryginalnie nadrukowanym przez producenta na cylindrze logo producenta, co pozwala na identyfikację produktu bez opakowania jednostkowego?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w strzykawki.

**Pytanie 7 – dotyczące Zadania 14**

Czy strzykawka do pompy strzykawkowej 50ml ma posiadać oryginalnie nadrukowane przez producenta logo i typ strzykawki na cylindrze, co pozwala na identyfikację produktu bez opakowania jednostkowego?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w strzykawkę.

**Pytanie 8 – dotyczące Zadania 14**

Czy Zamawiający strzykawki do pompy 50ml mają być wpisane przez producenta w instrukcję użycia posiadanych przez szpital pomp firmy B.Braun?

**Odpowiedz**

Szpital nie posiada pomp strzykawkowych firmy B.Braun.

**Pytanie 9 – dotyczące Zadania 23**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów oddechowych, sterylnych, przeciwwirusowych, przeciwbakteryjnych z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnometrii, przestrzeń martwa max.45ml, waga max.30g, skuteczność filtracji min,99,99%, skuteczność nawilżania min.27mg/l.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza skuteczność filtracji min,99,99%, a wymaga skuteczności nawilżania min. 29 mg/l

**Pytanie 10 – dotyczące Zadania 30**

Czy cewnik Foley'a 100% silikon ma być wyposażony w pierwotnie napełnianą strzykawkę. wypełnioną 10% roztworem gliceryny dającą gwarancję, iż balon w wyżej wymienionym cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie jego utrzymania ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w cewnik.

**Pytanie 11 – dotyczące Zadania 30**

Czy cewnik Foley 100% silikon ma być przezroczysty , co pozwala na wizualizację gromadzonej wydzieliny?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w cewnik.

**Pytanie 12 – dotyczące Zadania 31**

Czy dren do odsysania pola operacyjnego ma być podwójnie pakowany w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia/papier, co ułatwia aseptyczne użytkowanie?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w dren.

**Pytanie 13 – dotyczące Zadania 56**

Czy Zamawiający zgadza się ze stwierdzeniem, że skuteczne zabezpieczenie zestawu do godzinowej zbiórki moczu przed refluksem moczu w kierunku pacjenta zmniejsza ryzyko wystąpienia zakażenia układu moczowego? Jeśli tak, to czy w takim razie Zamawiający będzie wymagał, aby zestaw do godzinowej zbiórki moczu uniemożliwiał cofanie się zgromadzonego moczu w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foley w kierunku pacjenta"?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w zestawy do godzinowej zbiórki moczu.

**Pytanie 14 – dotyczące Zadania 56**

Czy w celu zapewnienia właściwej precyzji pomiaru worek do godzinowej zbiórki moczu ma posiadać system stabilizacji i poziomowania komory pomiarowej realizowany przy pomocy co najmniej trzech niezależnych systemów mocowania?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w zestawy do godzinowej zbiórki moczu.

**Pytanie 15 – dotyczące Zadania 65**

Czy kaniule pediatryczne w rozmiarze 0,6 i 0,7, tak jak obecnie stosowane, mają posiadać zdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia?

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga aby kaniule posiadały zdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie do naczynia.

**Pytanie 16 – dotyczące Zadania 65**

Czy kaniule dożylnie w rozmiarze 0,6 i 0,7 mają charakteryzować się przepływem maksymalnie 13ml/min, co zapobiega przed przewodnieniem pacjenta?

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga aby kaniule 0,6 i 0,7 charakteryzowały się przepływem maksymalnie 13ml/min.

**Pytanie 17 – dotyczące Zadania 65**

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy pod pojęciem kaniul do długotrwałych wlewów dożylnych wykonanych z teflonu w rozmiarze 0,6 i 0,7 ma na myśli kaniule, tak jak obecnie stosowane, wykonane z podwójnie oczyszczonego teflonu czyli PTFE, który jest materiałem o odpowiedniej twardości gwarantującym przeprowadzenie kaniulacji noworodka w sposób właściwy już za pierwszym razem bez narażania małego pacjenta na kilkakrotne wkłucie.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w kaniule.

**Pytanie 18 – dotyczące Zadania 65**

Czy kaniule do długotrwałych wlewów dożylnych, tak jak obecnie stosowane, mają posiadać wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zabezpieczającej przed wypływem krwi?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje w/w kaniul.

**Pytanie 19 – dotyczące Zadania 65**

Czy zawór-rampa odcinająca pięciodrożna, tak jak obecnie stosowana, ma być wyposażona w zawór kulowo- suwakowy?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 20 – dotyczące Zadania 80**

Czy opatrunek, tak jak obecnie stosowany, ma być zaprojektowany do stabilizacji rurki intubacyjnej wraz z towarzyszącą jej rurką Guedel'a, co pozwala na dostęp do jamy ustnej i gardła oraz umożliwia ich pielęgnację i zachowanie higieny?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje w/w opatrunku.

**Pytanie 21 – dotyczące Zadania 94**

Czy bezpieczny łącznik do systemów infuzyjnych ma mieć przezroczystą obudowę, co umożliwia całkowitą widoczność wnętrza, co z kolei pomaga zapewnić skuteczne przepłukiwanie ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w łącznik do systemów infuzyjnych.

**Pytanie 22 – dotyczące Zadania 94**

Czy bezpieczny łącznik do systemów infuzyjnych ma być pozbawiony elementów mechanicznych, co minimalizuje ryzyko rozwijania się zakażenia oraz ogranicza możliwość mechanicznego uszkodzenia produktu?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w łącznik do systemów infuzyjnych.

**Pytanie 23 – dotyczące Zadania 103**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaofiarowania zestawu składającego się z :  
2 drenów spiralnych z trokarem, mieszka 125ml, worka na krew z filtrem i zastawką antyzwrotną, worka na drenaż przedłużony z zastawką antyzwrotną i kranikiem oraz specjalnego aparatu do przetoczeń krwi uzyskanej w okresie pooperacyjnym,

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

**Pytanie 24 – dotyczące Zadania 7,12:**

Prosimy o dopuszczenie podania ceny w/w asortymentu za opakowanie 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie 100 szt.

**Pytanie 25 – dotyczące projektu umowy:**

Prosimy Zamawiającego o zmianę par.4 punkt 2 na:

2. Poszczególne dostawy będą realizowane w terminie do .. ,.dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia wysłanego faksem lub pisemnie przez osobę wymienioną w ust 1,

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści umowy.

**Pytanie 26 – dotyczące Zadania 18**

Czy Zamawiający w zadaniu 18 igły jednorazowego użytku wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a 100 sztuk i odpowiednie przeliczenie ilości?

**Odpowiedz**

Tak

**Pytanie 27 – dotyczące Zadania 19**

Czy Zamawiający w zadaniu 19 - szpatułki laryngologiczne wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a 100 sztuk i odpowiednie przeliczenie ilości?

**Odpowiedz**

Tak

**Pytanie 28 – dotyczące Zadania 32**

Czy Zamawiający w Zadaniu 32 poz. 3 "Szczoteczki cytologiczne, sterylne TYP - 1 (prosta) miał na myśli szczoteczki do kanału?

**Odpowiedz**

Tak

**Pytanie 29 – dotyczące Zadania 32**

Czy Zamawiający w Zadaniu 32 poz. 4 "Szczoteczki cytologiczne, sterylne TYP - 2 (wachlarz)" miał na myśli szczoteczki umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, które to szczoteczki według rekomendacji Ministerstwa Zdrowia zalecane są w programie profilaktyki raka szyjki macicy?

**Odpowiedz**

Tak

**Pytanie 30 – dotyczące Zadania 32**

Czy Zamawiający w Zadaniu 32 poz. 4 "Szczoteczki cytologiczne, sterylne TYP - 2 (wachlarz)" wymaga przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych, co jest wymagane przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne?

**Odpowiedz**

Tak

**Pytanie 31 – dotyczące Zadania 32**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ w Zadaniu 32 poprzez wymóg dopisania do Formularza cenowego dodatkowo rubryki: "Producent", "nazwa handlowa" i "nr katalogowy" oferowanego produktu. Prośbę swą motywujemy, tym iż dodatkowe rubryki umożliwią identyfikację i weryfikację produktu podczas dostawy.

**Odpowiedz**

SIWZ , str.10, pkt.13 – opis sposobu przygotowania oferty.

**Pytanie 32 – dotyczące Zadania 32**

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania 32 poz. 4 "Szczoteczki cytologiczne, sterylne TYP - 2 (wachlarz)" do odrębnego zadania?

Utworzenie odrębnego zadania umożliwi złożenie korzystniejszej oferty oraz, co jest bardzo istotne: szczoteczka do pobierania wymazów jest przyrządem diagnostycznym, a nie pomocniczym mającym przynieść konkretne i wymierne rezultaty, dlatego jej rola w ocenie stanu zdrowia jest bardzo wysoka, gdyż na podstawie bezpiecznego i prawidłowego pobrania wymazu można ocenić stan zdrowia kobiet jak również postawić prawidłową diagnozę, na czym zapewne zależy również Zamawiającemu.

**Odpowiedz**

Zamawiający wydziela z Zadania 32 poz. 4 "Szczoteczki cytologiczne, sterylne TYP - 2 (wachlarz)" do odrębnego Zadania 32B.

**Pytanie 33 – dotyczące Zadania 2**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty jednej elektrody neutralnej celem weryfikacji produktu pod względem spełnienia lub nie spełnienia oczekiwań i wymagań Zamawiającego co Jest dobrym zwyczajem w przypadku zamówień większej ilości produktów jednorazowego użytku i chroni Zamawiającego przed podjęciem decyzji wyboru wykonawcy na podstawie wyłącznie opisu technicznego?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty jednej elektrody neutralnej celem weryfikacji produktu.

**Pytanie 34 – dotyczące Zadania 2**

Czy elektrody bierne oraz opakowanie tych produktów winny być opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie?

**Odpowiedz**

Tak

**Pytanie 35 – dotyczące Zadania 2**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania elektrod neutralnych jednorazowego użytku, dzielonych z odseparowanym pierścieniem potencjału pracujących bezpiecznie niezależnie od kierunku przyklejenia do ciała pacjenta?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w elektrody neutralne jednorazowego użytku.

**Pytanie 36 – dotyczące Zadania 2**

Czy Zamawiający wymaga jednorazowych elektrod biernych dzielonych z odseparowanym pierścieniem potencjału, których zastosowanie umożliwi pełne i skuteczne wykorzystanie systemu bezpieczeństwa NESSY, jak i posiadają diatermie ERBE ICC, co gwarantuje bezpieczną pracę urządzeniem i pełne zabezpieczenie przed porażeniem?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w elektrody bierne dzielone jednorazowego użytku.

**Pytanie 37 – dotyczące Zadania 2**

Czy Zamawiający oczekuje wyposażenia oryginalnego, dedykowanego do posiadanych diatermii ERBE ICC 300, które jest w pełni kompatybilne pod względem prądowo - napięciowym z posiadanymi diatermiami?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w wyposażenie.

**Pytanie 38 – dotyczące Zadania 71**

Prosimy o sprecyzowanie czy w Zadaniu 71 Zamawiający miał na myśli igły do trepanobiopsji czy igły do aspiracji szpiku z mostka.

Podany przez Zamawiającego rozmiar wskazuje, że mogą to być igły do trepanobiopsji a nie jak wskazuje opis igły do biopsji szpiku z mostka.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje igieł do biopsji szpiku z mostka 16G x 30 mm

**Pytanie 39 – dotyczące Zadania 7**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę jednostki miary na opakowanie a' 100 sztuk? Ze względu na wymóg podania ceny jednostkowej do dwóch miejsc po przecinku, cena jednostkowa netto i brutto nie różnią się. Ponadto obecna jednostka miary tj. szt. powoduje sztuczne zawyżenie wartości oferty.

**Odpowiedz**

Tak

**Pytanie 40 – dotyczące Zadania 102**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie podkładu zakozetkowego w rolce z perforacją po 50 sztuk (rolka o długości 40m).

W przypadku wyrażenia zgody prosimy o podanie ilości rolek, jakie należy wycenić.

**Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany podkład – należy wycenić 600 rolek.

**Pytanie 41 – dotyczące projektu umowy**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy poprzez wprowadzenie w § 1 ust. 2 poniższego zapisu:

*„Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, jednakże zmniejszenie nie będzie przekraczało 20 % wartości umowy co nie jest odstępniem od umowy, nawet w części.”*

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.

**Pytanie 42 – dotyczące projektu umowy**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 5 ust. 5 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

*„Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”*

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.

**Pytanie 43 – dotyczące projektu umowy**

Czy strony mają obowiązek podpisać aneks do umowy w przypadku zmiany stawki VAT?

**Odpowiedz**

Tak.

**Pytanie 44 – dotyczące projektu umowy**

Czy w związku ze znowelizowanym brzmieniem art, 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy;

1. gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie;
2. w przypadku zmian obciążeń publiczno-prawnych (np. cła, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy;
3. w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;
4. zmiany towaru na inny - synonimowy i tańszy lub inny - w ramach Tej samej grupy;
5. zmiana osób upoważnionych do odbioru/kontaktów;
6. zmiana rachunku bankowego i innych danych stron;

**Odpowiedz**

od.1 – Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy;

od.2 – Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy;

od.3 – Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy;

od.4 – Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy;

od.5 – Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy;

od.6 – Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy;

**Pytanie 45 – dotyczące zadania nr 2**

Czy Zamawiający wymaga elektrody bierne (neutralne) zabezpieczające przed porażeniem do diatermii Erbe ICC 300 o kształcie owalnym i powierzchni czynnej uniwersalnej dla dzieci i dorosłych 100-104 cm<sup>2</sup>?

**Odpowiedz**

Tak

**Pytanie 46 – dotyczące Zadania 36**

Czy w związku z użyciem numerów katalogowych w pozycjach dotyczących elektrod neutralnych i czynnych - zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 29 pzp oferty równoważne?

**Odpowiedz**

Tak

**Pytanie 47 – dotyczące Zadania 36**

Czy w pozycji elektroda neutralna dwudzielna jednorazowego użytku zamawiający wymaga elektrody neutralnej dzielonej, owalnej, uniwersalnej dla dzieci i dorosłych o powierzchni aktywnej w zakresie 100-104cm<sup>2</sup>?

Pytanie uzasadniamy tym, że bez sprecyzowanego zapisu wykonawcy mogą zaoferować np. elektrody neutralne dwudzielne dziecięce lub noworodkowe, nieprzydatne w praktyce Państwa Szpitala.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga elektrody neutralnej dzielonej, owalnej, uniwersalnej dla dzieci i dorosłych o powierzchni aktywnej w zakresie 100-104cm<sup>2</sup>.

**Pytanie 48 – dotyczące Zadania 44 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o podanie dokładnego rozmiaru papieru?

**Odpowiedz**

Dokładny rozmiar papieru to: 60mm x 30m

**Pytanie 49 – dotyczące Zadania 46 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG Ascard 33 o rozmiarze 0,11 x 14 m (standard)?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w papier.

**Pytanie 50 – dotyczące Zadania 47 poz.1**

Czy papiery Mitsubishi K-61B oraz K-65 mają być papierami oryginalnymi?

**Odpowiedz**

Tak.

**Pytanie 51 – dotyczące Zadania 65**

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby w w/w zadaniu produkty pochodziły od jednego producenta. Postawienie takiego wymogu ogranicza w stopniu znacznym możliwość udziału w postępowaniu większej ilości oferentów. Ponadto kompatybilność poszczególnych produktów w danym pakiecie gwarantuje norma PN-EN 1707:2000.

**Odpowiedz**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie 52 – dotyczące Zadania 73**

Czy Zamawiający dopuści wkłady workowe do łączenia w tandem, w pokrywie których znajdują się tylko dwa króćce ( pacjent, próżnia), o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Filtr hydrofobowy i antybakteryjny zabezpiecza zarówno personel jak i źródło ssania przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, posiadające dwa uchwyty w kształcie pętli ułatwiające demontaż wkładu.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w wkłady workowe.

**Pytanie 53 – dotyczące Zadania 73**

Czy Zamawiający dopuści wkłady posiadające wyżej opisane parametry z substancją żelującą?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w wkłady workowe z substancją żelującą.

**Pytanie 54 – dotyczące Zadania 73**

Czy Zamawiający w doposażeniu do w/w produktów dopuści wieszaki /mocownik metalowy zamiast plastikowego?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 55 – dotyczące Zadania 73**

Czy Zamawiający oczekuje aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data ważności co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtrów we wkładzie?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.