



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel./Fax. (067) 250 28 61
e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym – znak 22/med/2009, **na dostawę materiałów jednorazowego użytku** - ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 09.10.2009r pod numerem 352444

Pytanie 1 – dotyczące Zadanie 23

Czy Zamawiający dopuści filtry oddechowe - sterylne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnometrii, przestrzeń 58 ml, waga max. 31g, skuteczność filtracji min. 99,999%, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w filtru ze względu na parametr przestrzeń martwą 58 ml.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania 23

Czy Zamawiający dopuści filtry oddechowe sterylne przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne z portem do kapnometrii, przestrzeń martwa 41ml, waga 23g, skuteczność filtracji min. 99,99%

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w filtr oddechowy.

Pytanie 3 – dotyczące Zadania 23

Czy Zamawiający dopuści filtry oddechowe mikrobiologicznie czyste o skuteczność filtracji 99,9%, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w filtrów oddechowych.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 23

Czy Zamawiający dopuści filtr hydrofobowy o właściwościach mechanicznych o skuteczności filtracji min 99,999%, z portem do kapnografu, w obudowie, ze złączem 15F/22M, sterylnej o następujących parametrach:

- przestrzeń martwa 58 ml
- waga 31 g
- skuteczność nawilżania 32 mg H₂O/l
- zakres objętości oddechowych min. 150 ml

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w filtrów oddechowych.

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 23

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o właściwościach wymiennika ciepła i wilgoci z hydrofobową membraną filtracyjną o równomiernie rozłożonych nie sklejących się fałdach, z portem do kapnografu, w obudowie, ze złączem 15F/22M, mikrobiologicznie czysty o następujących parametrach:

- przestrzeń martwa 63 ml
- waga 30g
- skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,999
- skuteczność nawilżania min. 23 mg H₂O/l
- zakres objętości oddechowych min. 200 ml

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w filtrów oddechowych.

Pytanie 6 – dotyczące projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 1 ust 2:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.

Pytanie 7 – dotyczące projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 3 ust 7:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

- istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
- zaprzeczenia produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz). jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.
- Istotnych zmian cen przez producenta.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.

Pytanie 8 – dotyczące Zadania 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie z Zadaniu 2 elektrody neutralnej dzielonej, owalnej, uniwersalnej dla dzieci i dorosłych o powierzchni czynnej 167 cm² i powierzchni aktywnej 107,5 cm².

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza proponowaną elektrodę.