



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel/Fax (067) 250 28 61
e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - znak 18 /med/2010, **na dostawę endoprotez oraz zespoleń ortopedycznych** ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 11.05.2010r pod numerem **116407 – 2010**

Pytanie 1 – dotyczące projektu umowy par.1 ust.2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w Paragrafie ust.2:
„Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”?

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w Paragrafie ust.2:
„Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania 22 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w zadaniu 22 pozycja 1- płytki T do bliższej nasady kości piszczelowej z otworami o średnicy 3.5 mm na śruby korowe i blokowane z gwintowanym łbem, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów płyty i długości śrub oraz numerem katalogowym na implancie?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 – dotyczące Zadania 22 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w zadaniu 22 pozycja 2- płytki do dalszej nasady kości piszczelowej z 4-16 otworami w trzonie, z asortymentem śrub korowych i blokowanych kątowno w otworach płytki, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów płyty i długości śrub oraz numerem katalogowym na implancie?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 22 poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w zadaniu 22 pozycja 3- płytki do bliższej nasady kości ramiennej w długości od 90 do 160 mm, posiadająca w głowie 9 otworów pod śruby blokowane kątowno, z asortymentem śrub korowych i blokowanych kątowno w otworach płytki, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów płyty i długości śrub oraz numerem katalogowym na implancie?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w zadaniu 23 płyty piętowej z otworami o średnicy 3.5 mm na śruby korowe i blokowane z gwintowanym łbem, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów płyty i długości śrub oraz numerem katalogowym na implancie?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 9

Czy Zamawiający w Zadaniu 9 dopuści możliwość zaoferowania śruby zespalającej kaniulowanej śred. 11 mm/ śred. 3,5 mm zamiast śred. 11 mm/ śred. 2,7 mm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w śruby.

Pytanie 6 – dotyczące Zadania 10

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 dopuści zaoferowanie płytek do kłykci o dł. odpowiednio 108 mm, 156 mm, 204 mm, zamiast płytek o dł. 100 mm, 148 mm, 196 mm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w płytek do kłykci.

Pytanie 7 – dotyczące Zadania 18

Czy Zamawiający w Zadaniu 18 dopuści zaoferowanie płytki drobnej 8x2 samodociskowej pod wkręty 2,0 mm, zamiast 2,7mm ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w płytki drobnej.

Pytanie 8 – dotyczące Zadania 21

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie uczciwej konkurencji i dopuszczenie: do postępowania większej niż jeden liczby oferentów poprzez umożliwienie w Zadaniu 21 zaoferowania płytki ustalającej, z pełnym kontaktem 130 st. o dł.:

- dla 2 – otw. L= 48 mm
- dla 4 – otw. L= 64 mm
- dla 6 – otw. L= 80 mm
- dla 8 – otw. L= 96 mm
- dla 10 – otw. L= 112 mm
- dla 12 – otw. L= 144 mm
- dla 14 – otw. L= 176 mm
- dla 16 – otw. L= 208 mm
- dla 18 – otw. L= 240 mm
- dla 20 – otw. L= 272 mm
- dla 22 – otw. L= 304 mm ?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w płytki ustalającej, z pełnym kontaktem 130 st.

Pytanie 9 – dotyczące Zadania 21

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 dopuści zaoferowanie śruby zespalającej śr. gwintu 12,5 mm a dł. gwintu 22 mm, zamiast 18 mm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w śruby zespalającej.

Pytanie 10 – dotyczące Zadania 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania gwoździ krętarsowych o długości L-200 i 220 mm zamiast 220 i 230mm?

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w gwoździ krętarsowych.

Pytanie 11 – dotyczące Zadania 11,20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania wkrętów. z gniazdami sześciokątnymi zamiast krzyżakowymi ?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w wkrętów

Pytanie 12 – dotyczące Zadania 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania gwoździ puszczelowych o średnicach 8mm, 9mm, 10mm zamiast 7mm,8mm,9mm?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie gwoździ puszczelowych o średnicach 8mm, 9mm, 10mm zamiast 7mm,8mm,9mm.

Pytanie 13 – dotyczące Zadania 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytek drobnych 8x2,0 mm samodociskowych pod wkręty 2,0 zamiast płytek drobnych 8x2,5 samodociskowych pod wkręty średnica 2,7?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie płytek drobnych 8x2,0 mm samodociskowych pod wkręty 2,0 zamiast płytek drobnych 8x2,5 samodociskowych pod wkręty średnica 2,7

Pytanie 14 – dotyczące Zadania 22,poz.1

Poz.1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytki kształtu L zamiast T ?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie płytki kształtu L zamiast T.

Pytanie 15 – dotyczące Zadania 22, poz.1

Poz.1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania wyrobów tylko z tytanu ?

Odpowiedz

Nie.

Pytanie 16 – dotyczące Zadania 22, poz.1

Poz.1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytki o 5 otworach w głowie zamiast 3 ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie płytki o 5 otworach w głowie zamiast 3.

Pytanie 16 – dotyczące Zadania 22, poz.1

Poz.1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie śrub korowych z nagwintowaną główką D 5,0 mm zamiast śrub korowych stabilizujących kątowo z nagwintowaną główką D 4,5 mm oraz śrub gąbczastych D 6,0 mm ?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w śrub korowych.

Pytanie 17 – dotyczące Zadania 22, poz.2

Poz.2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytek w których głowa jest wielootworowa zaopatrzona w otwory nagwintowane – ustalone kątowo ustawienie wkrętów, otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową, gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację zamiast otwory z gwintem gwiazdzistym do regulowanej stabilności kątowej?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w płytek.

Pytanie 18 – dotyczące Zadania 22, poz.2

Poz.2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płytki o 4-14 otworach nagwintowanych w trzonie zamiast 3-15 ?

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w płytki.

Pytanie 19 – dotyczące Zadania 22, poz.3

Poz.3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania płytek do złamań bliższej nasady kości ramiennej w rozmiarach 101-161 mm zamiast 74 do 154 mm ?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie płytek do złamań bliższej nasady kości ramiennej w rozmiarach 101-161 mm zamiast 74 do 154 mm .

Pytanie 20 – dotyczące Zadania 22, poz.3

Poz.3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania płytek posiadających w części głowowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych pod śruby korowe z nagwintowaną główką D 3,5 mm. Ustalono kątowno ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację zamiast „ w głowie płytki 5 otworów z gwintem gwiaździstym pod śruby gąbczaste D 4,0 mm”

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w płytek.

Pytanie 21 – dotyczące Zadania 22, poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytek posiadających w części trzonowej 3-7 par otworów blokowanego i kompresyjnego zamiast 5 do 8 ?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w płytek.

Pytanie 22 – dotyczące Zadania 22, poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na śruby korowe z nagwintowaną główką D 3,5 mm zamiast śruby gąbczastych D 4,0 mm?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w śrub korowych.

Pytanie 23

Z uwagi na niewielkie ilości płyt – czy Zamawiający wyrazi zgodę aby instrumentarium było dostarczane każdorazowo na zabieg z 2 dniowym wyprzedzeniem , zamiast zdeponowane było w szpitalu na okres umowy?

Odpowiedz

Nie.

Pytanie 24

Z uwagi na niewielkie ilości płyt – czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w szpitalu zdeponowane były płyty o rozmiarach najbardziej popularnych, najczęściej stosowanych z zapisem, iż dokładna ilość i rodzaj implantów mających znajdować się w depozycie zostanie ustalona z przedstawicielami obu stron, przed zawarciem umowy zamiast pełnej rozmiarówki ? Stworzenie depozytu według dotychczasowego zapisu SIWZ jest dla sprzedającego krzywdzące, gdyż nakłada na niego obowiązek dostarczenia do depozytu Szpitala takiej ilości implantów, która znacznie przekracza planowaną ilość do zakupu przez Szpital. Poza tym depozyt ma być uzupełniany na bieżąco w związku z czym Szpital będzie miał wymagany zapas implantów. Wobec powyższego wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę aby w szpitalu zdeponowane były płyty o rozmiarach najbardziej popularnych, najczęściej stosowanych z zapisem, iż dokładna ilość i rodzaj implantów mających znajdować się w depozycie zostanie ustalona z przedstawicielami obu stron, przed zawarciem umowy.

Pytanie 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby depozyt dotyczył samych płyt bez śrub? Z doświadczenia wiadomo iż trudno jest rozliczyć wkręty dostarczone do depozytu, bowiem nikt nie jest w stanie zanalizować tych wkrętów po zabiegu pod względem rozmiarów z uwagi na ich małe gabaryty. Celem prawidłowego rozliczenia Szpital musiałby podać numery serii każdego wkrętu.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.

Pytanie 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z nazwy „koenigsee” gdyż jest to niezgodne z art.7 ust.1, art.29 ust.2,3 ustawy PZP ?

Odpowiedz

Zamawiający wykreśla z nazwy „koenigsee”

Pytanie 27 – dotyczące projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w par.1 ust.2 „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.01.2004 roku w sprawie o sygnaturze: V Ca 2306/03) w którym Sąd stwierdził, że:

„zapis (...) projektu umowy z którego wynika, że dostawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej i większej ilości towaru niż określona w załączniku (...) do umowy wymaga modyfikacji”

oraz , że dostawca „ Musi mieć pewność, że zrealizuje w przyszłości dostawę określonej ilości towaru” a projekt umowy „ winien być zmodyfikowany w taki sposób, aby dostawca stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu sprzedawać zamówioną ilość towaru”

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorzec umowy w Paragrafie 1 ust.2:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”.

Pytanie 28 – dotyczące projektu umowy – par.4 ust.3 d)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na odstępianie od zapisu daty ważności na dostarczonym elemencie i fakturze w przypadku wyrobów w odniesieniu do których nie został postawiony wymóg sterylności? W przypadku bowiem wyrobów niesterylnych nie ma takich wymogów prawnych co do oznaczenia ich datą ważności.

Odpowiedz

Zamawiający w par.4 ust.3 ppkt d) - projektu umowy, wyraża zgodę na odstępianie od zapisu daty ważności na dostarczonym elemencie i fakturze w przypadku wyrobów w odniesieniu do których nie został postawiony wymóg sterylności.

Pytanie 29 – dotyczące projektu umowy par.4 ust.4

Czy Zamawiający dookreśli w par.4 ust.4 , iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem ?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłania na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłanie zgłoszenia bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedz

Zamawiający dodaje do treść projektu umowy w par.4 ust.4

„Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad. W przypadku dostarczenia towaru z wadami Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie osoby wymienionej w ust. 1 do jego niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad do 7 dni o ile reklamacja okaże się uzasadniona. **Termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem”**