



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kołobrzeska 44  
78-600 Wałcz  
Tel/Fax (067) 250 28 61  
*e-mail* : [apteka@107sw.mil.pl](mailto:apteka@107sw.mil.pl)

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - znak 25 /med/2010, **na dostawę materiałów jednorazowego użytku** ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 06.08.2010r pod numerem **240892 – 2010**

**Pytanie 1 – dotyczące Zadania 71**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie czy wykonawca w Zadaniu 71 ma wycenić 4 500 mat podłogowych czy 4500 warstw (listków)?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje 4500 warstw (listków) mat podłogowych.

**Pytanie 2 – dotyczące Zadania 71**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie czy wykonawca w Zadaniu 71 ma wycenić matę podłogową składającą się z 30 czy 60 warstw (listków)?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza matę podłogową składającą się z 30 - 60 warstw (listków)

**Pytanie 3 – dotyczące Zadania 71**

Czy Zamawiający w Zadaniu 71 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu, który posiada wszystkie właściwości, których wymaga Zamawiający, ale który nie jest uznawany jako wyrób medyczny w świetle dyrektywy 93/42/EWG i zezwoli na dołączenie do oferty deklaracji producenta, że mata produkowana jest zgodnie ze wszystkimi normami europejskimi, zamiast dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania wydanego przez organ do tego uprawniony?

**Uzasadnienie:**

Maty podłogowe nie muszą być wyrobem medycznym w świetle dyrektywy 93/42/EWG aby mogły być wykorzystywane w szpitalach. W przypadku tego asortymentu to czy mata podłogowa jest wyrobem medycznym zależy tylko od decyzji producenta. Maty mogą być używane nie tylko w szpitalach, lecz także w zakładach przetwórstwa spożywczego, w halach produkcyjnych gdzie czystość odgrywa dużą rolę. Z tego powodu nie wszystkie dostępne na rynku maty podłogowe są wyrobami medycznymi. Wszystkie one jednak mogą być i są z powodzeniem stosowane w szpitalach.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w maty i zezwala na dołączenie do oferty deklaracji producenta, że mata produkowana jest zgodnie ze wszystkimi normami europejskimi, zamiast dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania wydanego przez organ do tego uprawniony.

#### **Pytanie 4 – dotyczące Zadania 71**

Jakiego koloru mat podłogowych wymaga Zamawiający?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza koloru białego maty podłogowej.

#### **Pytanie 5 – dotyczące projektu umowy**

Czy Zamawiający zmodyfikuje § 1 pkt. 2 umowy w następujący sposób: Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępianiem od umowy, nawet w części, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20 % wartości umowy?

#### **Uzasadnienie:**

Przepisy Ustawy PZP nie zabraniają zmiany wielkości przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiana ta nie jest sprzeczna z art. 144 Ustawy PZP. Zgodnie z dominującym poglądem doktryny Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik "Zamówienia na leki", Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40)

#### **Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów treści umowy.

#### **Pytanie 6 – dotyczące Zadania 79**

Najwyższej jakości linie jednorazowe do pomiaru krwawego ciśnienia krwi znajdujące się w naszej ofercie nie wymagają dodatkowego eliminatora zakłóceń rezonansowych. Budowa linii zapewnia doskonale odwzorowanie ciśnienia bez konieczności stosowania dodatkowych elementów ( np. typu „różyczka” ).

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w linie jednorazowe do pomiaru krwawego ciśnienia krwi.

#### **Pytanie 7 – dotyczące Zadania 79**

Czy Zamawiający dopuści linie jednorazowe do pomiaru krwawego ciśnienia krwi dla dorosłych z drenem do przepłukiwania d długości 135 cm +/- 10%, bez układu przeciwrezonansowego, jeżeli budowa linii zapewnia doskonały pomiar bez takiego układu ?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w linie jednorazowe do pomiaru krwawego ciśnienia krwi dla dorosłych.

#### **Pytanie 8 – dotyczące Zadania 63**

Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu 63 (poz. 1) "kaniula dotętnicza 20G/45 mm z zaworem Flowswitch" była dodatkowo wyposażona w nieinwazyjny system mocowania, posiadający specjalnie wyprofilowany dwuwarstwowy fiksator rzepowy typu Velcro, pozwalający na operowanie zaworem bez konieczności rozłączania całości systemu oraz eliminujący konieczność chirurgicznego przyszywania kaniuli?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający nie wymaga aby w zadaniu 63 (poz. 1) "kaniula dotętnicza 20G/45 mm z zaworem Flowswitch" była dodatkowo wyposażona w nieinwazyjny system mocowania, posiadający specjalnie wyprofilowany dwuwarstwowy fiksator rzepowy typu Velcro.

#### **Pytanie 9 – dotyczące Zadania 79**

Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu 79 (poz. 1) linia jednorazowa z układem przeciw rezonansowym wyposażona była w urządzenie tłumiące typu R.O.S.E., które dodatkowo podnosi dokładność odwzorowania pomiaru w całym zestawie?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający nie wymaga aby linia jednorazowa z układem przeciw rezonansowym wyposażona była w urządzenie tłumiące typu R.O.S.E pod warunkiem, że budowa linii zapewnia doskonale odwzorowanie ciśnienia bez konieczności stosowania dodatkowych elementów.

**Pytanie 10 – dotyczące Zadania 86**

Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu 86 (poz. 1) "plaster do mocowania sondy żołądkowej do nosa" był produktem sterylnym, o eliptycznym anatomicznym kształcie z częścią stabilizującą w postaci dwuwarstwowego fiksatora rzepowego typu Velcro, pakowanym jednostkowo w opakowania folia/papier?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w plaster do mocowania sondy żołądkowej do nosa.

**Pytanie 11 – dotyczące Zadania 46**

Czy Zamawiający wymaga okularków do fototerapii w kształcie litery Y, które pasują do każdego rozmiaru główki posiadające elastyczne mocowania na rzepy z delikatnego materiału nie zawierającego lateksu. Uprzejmie również prosimy o wskazanie rozmiarów oraz ilości okularków do fototerapii, których Państwo wymagacie:

- Noworodki 30-38 cm
- Wcześniejsi 24-33 cm
- Mikro 20-28 cm

Wiodący Producent okularków na rynku medycznym, którego produkt chcielibyśmy Państwu zaoferować, uzależnia rozmiar okularków od obwodu główki dziecka.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w okularki.  
Oczekuje okularków dla noworodków.