



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel/Fax (067) 250 28 61
e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - znak 27 /med/2010, **na dostawę materiałów szewnych oraz rękawic chirurgicznych** ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 14.09.2010r pod numerem **290446 – 2010**

Pytanie 1 – dotyczące Zadania 1 (za wyjątkiem poz. nr 10)

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany dwuskładnikowo (mieszanina kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynian wapnia), złożony z kwasu poliglikolowego (90%) i polimlekwocgo (10%), pozostałe parametry bez zmian?

Uzasadnienie: zaproponowane nici chirurgiczne charakteryzuje ten sam czas całkowitego wchłaniania (50-80 dni) i te same parametry podtrzymywania tkankowego (min. 28 dni).Zatem szew zapewnia te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje nici zgodnie z zapisami SWIZ.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania 1

Czy Zamawiający dopuści szew o czasie wchłaniania 60-90 dni, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Uzasadnienie: zaproponowane nici chirurgiczne charakteryzuje ten sam czas podtrzymywania tkanek (min. 28 dni), ten sarn skład nici i powleczenia. Jedyna różnica wynika z nieco dłuższego czasu wchłaniania.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje nici zgodnie z zapisami SWIZ.

Pytanie 3 – dotyczące Zadania 2 (za wyjątkiem poz. nr 2,6,8)

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany dwuskładnikowo (mieszanina kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynian wapnia), złożony z kwasu peliglikolowego (90%) i polimlekwowego (10%), pozostałe parametry bez zmian?

Uzasadnienie: zaproponowane nici chirurgiczne charakteryzuje ten sam czas całkowitego wchłaniania (50-80 dni) i te same parametry podtrzymywania tkankowego (min. 28 dni).Zatem szew zapewnia te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje nici zgodnie z zapisami SWIZ.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 2 (za wyjątkiem poz. nr 2)

Czy Zamawiający dopuści szew o czasie wchłaniania 60-90 dni, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Uzasadnienie: zaproponowane nici chirurgiczne charakteryzuje ten sam czas podtrzymywania tkanek (min. 28 dni), ten sam skład nici i powleczenia. Jedyna różnica wynika z nieco dłuższego czasu wchłaniania.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje nici zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 2 poz.12

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiznie 1/2 bądź 3/8, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w igły.

Pytanie 6 – dotyczące Zadania 6 poz. 12, 13

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, niewchłaniający, pleciony, poliestrowy, pozostałe parametry bez zmian?

W przypadku odpowiedzi negatywnej wnioskuje o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w szew.

Pytanie 7 – dotyczące Zadania 10 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaferowania rękawic o grubości pojedynczej ścianki na dłoni, palcu i mankiecie min. 0,05mm i długości całkowitej zgodnej z normą EN455-2 min.240mm.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w rękawic

Pytanie 8 – dotyczące Zadania 10 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic operacyjnych, ortopedycznych, bezpydrowych, niechlorowanych (intensywne chlorowanie i nie stosowanie warstw polimerowych jest przestarzałą technologią; rękawice są słabsze mechanicznie, łatwiej się rwą, a pozostałości chloranów często powodują podrażnienia skóry) w kolorze brązowym, o grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,32 mm, mankietu 0,28mm, na dłoni 0,30mm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.

Pytanie 9 – dotyczące Zadania 7 poz.2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w tej pozycji szwu o długości nici 20 cm (zamiast 23cm), z igłą podwójną o długości 16,15 mm (zamiast 16 mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów? Jeżeli tak, to prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w szew oraz wydziela w/w pozycję z Zadania nr.7 i tworzy Zadanie 7A.

Pytanie 10 – dotyczące Zadania 9 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania w tej pozycji szwu grubości 4/0 (zamiast 5/0) z igłą podwójną o dł. 12,32 mm (zamiast 10,0 mm), o przekroju 420 mikronów (zamiast 440), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.

Pytanie 11 – dotyczące Zadania 9 poz.2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w tej pozycji szwu z podwójną igłą o długości 11,04mm (zamiast 10,0 mm), o przekroju 330 mikronów (zamiast 340), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.

Pytanie 12 – dotyczące Zadania 9 poz.3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w tej pozycji szwu z podwójną igłą o długości 6,55mm (zamiast 8,0), typu szpatuła o przekroju 200 mikronów (zamiast 220), przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w szew.

Pytanie 13 – dotyczące Zadania 9 poz.4

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w tej pozycji szwu z igłą o długości 13,99mm (zamiast 13,0), o przekroju 420 mikronów (zamiast 440), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w szew.

Pytanie 14 – dotyczące projektu umowy

Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par.7 ust.2

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.

Pytania 15 – dotyczące Zadania 1 i 2

Czy zamawiający w Pakiecie nr 1 i 2 dopuści szwy, których początkowa wytrzymałość węzła wynosi około 140% dla SP i EP, w okresie po dwóch tygodniach od wszczęcia wytrzymałość węzła wynosi około 80% i przekracza 30% po trzech tygodniach od wszczęcia?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje szwów chirurgicznych zgodnie z zapisami SWIZ.

Pytanie 16 – dotyczące Zadania 1 poz.1

Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć z Pakietu nr 1 poz. Nr 1 do osobnego Pakietu?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu nr 1 poz. Nr 1 do osobnego Pakietu.

Pytanie 17 – dotyczące Zadania 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści:

- a) poz. 5, długość igły 24 mm ?
- b) poz. 8, długość igły 27 mm ?
- c) poz. 9, igłę okrągłą 27 mm ?
- d) poz. 12, długość szwu 75 cm ?
- e) poz. 15, długość igły 37 mm?
- f) poz. 21,22, długość igły 60 mm?
- g) poz. 23, długość szwu 45 cm?

Odpowiedz

od a) dopuszcza

od b) nie dopuszcza

- od c) nie dopuszcza
- od d) nie dopuszcza
- od e) dopuszcza
- od f) dopuszcza
- od g) nie dopuszcza

Pytanie 18 – dotyczące Zadania 1

Czy Zamawiający zgodzi się na utworzenie odrębnego Pakietu dla pozycji 24-32?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie odrębnego Pakietu dla pozycji 24-32.

Pytanie 19 – dotyczące Zadania 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr.2 dopuści:

- a) poz. 2, długość igły 37 mm – czas wchłaniania 56 – 70 dni
- b) poz. 3, długość igły 39 mm , długość szwu 75 cm ?
- c) poz. 4, długość szwu 75 cm ?
- d) poz. 5, długość igły 37 mm ?
- e) poz. 6, długość igły 48 mm, długość szwu 5 x 45 cm ?
- f) poz. 8, długość igły 48 mm ?
- g) poz. 10, długość szwu 75 cm ?

Odpowiedz

- od a) nie dopuszcza
- od b) nie dopuszcza
- od c) nie dopuszcza
- od d) nie dopuszcza
- od e) nie dopuszcza
- od f) dopuszcza
- od g) nie dopuszcza

Pytanie 20 – dotyczące projektu umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy wyrażają Państwo zgodę na następujące zmiany w projekcie umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do par. 3 ust.5:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:
 - a) istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
 - b) istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych,
 - c) zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.
 - d) istotnych zmian producenta?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 21 – dotyczące Zadania 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów syntetycznych, plecionych, powlekanych dwuskładnikowo polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90 dni oraz gwarantowanym okresie podtrzymywania tkanek min.28 dni. Kwas poliglikolowy 100%?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje nici zgodnie z zapisami SWIZ.

Pytanie 22 – dotyczące Zadania 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 1/2 koła okrągła zaokrąglona przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w igły.

Pytanie 23 – dotyczące Zadania 1 poz.5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w igłę.

Pytanie 24 – dotyczące Zadania 1 poz.7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w igłę.

Pytanie 25 – dotyczące Zadania 1 poz.10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej o długości 65mm lub 76mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w igły.

Pytanie 26 – dotyczące Zadania 1 poz.12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły bez określenia "wzmocniona" przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w igły.

Pytanie 27 – dotyczące Zadania 1 poz.15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły bez określenia "gruba" przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w igły.

Pytanie 28 – dotyczące Zadania 1 poz.16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, igła bez określenia "gruba"? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w nici.

Pytanie 29 – dotyczące Zadania 1 poz.20

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły bez określenia „wzmocnioną” z nitką 70cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.

Pytanie 30 – dotyczące Zadania 1 poz.22

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 60mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w igłę.

Pytanie 31 – dotyczące Zadania 1 poz.25

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w igły.

Pytanie 32 – dotyczące Zadania 10 poz.1

Czy Zamawiający dopuści aby rękawice miały długość 240mm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w rękawic.

Pytanie 33 – dotyczące Zadania 10 poz.2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawice posiadały powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną silikonowaną?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w rękawic.

Pytanie 34 – dotyczące Zadania 10 poz.2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic posiadających wewnętrzną warstwę polimeryzowaną, dłoń o grubości 0,24mm, mankiet 0,20mm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w rękawic.

Pytanie 35 – dotyczące Zadania 10, poz.3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawiczek o długości 455 mm o grubości : palec 0,35 mm , dłoń 0,30 mm ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.

Pytanie 36 – dotyczące Zadania 7 poz.1

Czy w Zadaniu 7 poz.1 Zamawiający dopuści igłę 7/16 koła, 140 mikronów, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w igły.

Pytanie 37 – dotyczące Zadania 7 poz.2

Czy w Zadaniu 7 poz.2 Zamawiający dopuści długość nici 20 cm, igłę 140 mikronów pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w nici.

Pytanie 38 – dotyczące Zadania 7 poz.3 i 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Zadania 7 poz.3 i 4 do oddzielnego pakietu, co umożliwiłoby większej liczbie Wykonawców złożenie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedz

Zamawiający wydziela z Zadania 7 poz.3 i 4 do odrębnego zadania i tworzy Zadanie 7B

Pytanie 39 – dotyczące Zadania 9 poz.1

Czy w Zadaniu 9 poz.1 Zamawiający dopuści igłę 11 mm , 380 mikronów, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w igły.

Pytanie 40 – dotyczące Zadania 9 poz.2

Czy w Zadaniu 9 poz.2 Zamawiający dopuści igłę 11 mm , 330 mikronów, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w igły.

Pytanie 41 – dotyczące Zadania 9 poz.3

Czy w Zadaniu 9 poz.3 Zamawiający dopuści igłę 6,5 mm , szpatułka, 200 mikronów, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w igłę.

Pytanie 42 – dotyczące Zadania 9 poz.4

Czy w Zadaniu 9 poz.4 Zamawiający dopuści igłę 430 mikronów, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w igłę.