



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kołobrzeska 44  
78-600 Wałcz  
Tel/Fax (067) 250 28 61  
*e-mail* : [apteka@107sw.mil.pl](mailto:apteka@107sw.mil.pl)

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na dostawę **odczynników i materiałów laboratoryjnych - znak 26/med/2010** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2010/S 179-272818** w dniu 15.09.2010 r.

**Pytanie 1 – dotyczące Zadania 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do Giardia Lamblia w postaci testów kasetkowych?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w testy kasetkowe.

**Pytanie 2 – dotyczące Zadania 24**

1. Czy Zamawiający w poz. 5 i 6 oczekuje zaoferowania wymazówek w probówkach transportowych czy bez probówek?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 8 pipetek Pasteura o pojemności 3,0 ml z podziałką 0,5 ml?

**Odpowiedz**

- od 1) Zamawiający oczekuje zaoferowania wymazówek bez probówek.  
od 2) Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 3 – dotyczące Zadania 26**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 pasków diagnostycznych do wykrywania oksydazy?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 4 – dotyczące Zadania 28**

Proszę o podanie jakich szczepów wzorcowych do kontroli krążków w jakich ilościach Zamawiający oczekuje w zadaniu nr 28.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga aby kontrola krążków była przeprowadzona przy zastosowaniu dwóch szczepów wzorcowych posiadających licencję ATCC, dwa razy w roku.

### **Pytanie 5 – dotyczące par.2 projektu umowy**

§ 2 - *Zwracamy uwagę na sukcesywność realizacji dostaw. Prosimy o uzupełnienie zapisu o zwrot "obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy przekroczenia terminów zapłaty ponad 30 dni".*

Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego. Mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest nieprzerwanie realizować kolejne zamówienia, mimo, iż za poprzednie nie otrzymał zapłaty w umówionym terminie. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawić Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego. Zastosowanie w praktyce treści tego zapisu może zagrażać płynności finansowej Wykonawcy.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

### **Pytanie 6 – dotyczące par.5 projektu umowy**

§ 5 - Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: "W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie."

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dodaje do par.5 w projekcie umowy postanowienie o następującym brzmieniu:

**"W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie."**

### **Pytanie 7 – dotyczące par.8 projektu umowy**

§ 8 - Prosimy o modyfikację zapisu: „[ ... ] bez zgody Zamawiającego, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia swojego świadczenia przed Zamawiającym i jednocześnie udziela mu kredytu. Wykonawca czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia. Nie zrealizowanie, w przewidzianym w umowie terminie, obowiązku zapłaty z dostarczony towar stanowi w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego niewykonanie zobowiązania. W związku z czym Wykonawca powinien mieć prawo, w sytuacji gdy dojdzie do naruszenia przez Zamawiającego, postanowień umownych w tym zakresie, do odzyskania należnego mu wynagrodzenia na drodze prawem przewidzianych środków. Jednym z tych środków jest prawo przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią. Zamawiający ogranicza uprawnienia Wykonawcy w tym zakresie zastrzegając sobie prawo do nie wyrażenia zgody na cesję, tym samym wyłączając prawo do podochożenia należnego Wykonawcy świadczenia, poza drogą przymusu sądowego. Tak skonstruowany zapis daje Zamawiającemu pełną swobodę i dowolność w podejmowaniu decyzji, co w istocie jest narzuceniem Wykonawcy uciążliwych warunków umownych w zakresie egzekwowania swoich praw. Dlatego też działając w ramach zasady równości praw i obowiązków stron Wykonawca prosi, o zwrot, iż zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

### **Pytanie 8 – dotyczące Zadania 5 poz.14**

Czy Zamawiający w Zadaniu 5, poz. 14 dopuści aparat o większej wydajności niż proponowana tj. 500 ozn./godz. gdzie czułość dla białka wynosi 50 mg/dl?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje aparatu zgodnie z zapisami SWIZ.

### **Pytanie 9 – dotyczące Zadania 5 poz.15**

Czy Zamawiający w Zadaniu 5, poz. 15 dopuści aparat bez możliwości wykrywania krwinek świeżych i wyługowanych? Powyższy opis prze miot zamówienia wskazując na jednego dostawcę firmę Siemens.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje aparatu zgodnie z zapisami SWIZ.

### **Pytanie 10 – dotyczące Zadania 1**

- a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wyposażonego standardowo w stację uzdatniania wody?
- b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z intuicyjnym, niestwarzającym problemów operatorskich. oprogramowaniem w języku angielskim? Przy założeniu, że dokumentacja dot. analizatora i testów (instrukcja obsługi i konserwacji, spis komunikatów błędów, ulotki odczynnikowe) są w języku polskim
- c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wyposażonego w kwarcowe kuwety wielorazowego użytku. Przy założeniu, że analizator stosuje unikalną technologię mycia tych kuwet, gwarantującą brak znaczącej analitycznej kontaminacji? Przy założeniu, że oferent udokumentuje skuteczność mycia kuwet (dołączy do oferty materiały potwierdzające dokonane pomiary skuteczności mycia - przenoszenie na poziomie <0,1 ppm).
- d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wyposażonego w bezobsługowy zintegrowany moduł ISE, z pośrednim pomiarem Na. K, Cl?
- e) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z bezobsługowym systemem kontroli temperatury bloku reakcyjnego z łaźnią wodną?

### **Odpowiedz**

od a) Zamawiający oczekuje aparatu zgodnie z zapisami SWIZ.

od b) Zamawiający nie dopuszcza w/w analizatora

od c) Zamawiający nie dopuszcza w/w analizatora.

od d) Zamawiający nie dopuszcza w/w analizatora.

od e) Zamawiający nie dopuszcza w/w analizatora.

### **Pytanie 11 – dotyczące Zadania 6**

- a) Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora, który nie stosuje jednorazowych końcówek dozujących materiał i odczynniki ale inną technologię ograniczającą kontaminację z próbki na próbkę (carryover) do poziomu nie mającego znaczenia analitycznego (poniżej wartości 0,1 ppm)? Przy założeniu, że oferent udokumentuje skuteczność mycia sond (dołączy do oferty materiały potwierdzające dokonane pomiary skuteczności mycia - przenoszenie na poziomie <: 0,1 ppm).
- b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do oznaczania bHCG nie posiadającego oficjalnej rekomendacji do wykorzystania jako marker nowotworowy, ale wykorzystywanego do takiej diagnostyki przez wiodące placówki onkologiczne w Polsce i za granicą? Przy założeniu że oferent poda listę referencyjną takich placówek (szpitali onkologicznych, uniwersyteckich. wojewódzkich).
- c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora nie wykonującego testów TRAK. IgE, ACTH? Przy założeniu, że dostawca zapewni wykonanie tych badań w innym laboratorium medycznym spełniającym standardy zaakceptowanym przez Zamawiającego po cenach zaoferowanych w formularzu cenowym. Przez zapewnienie wykonania badań rozumiemy odbiór i transport materiału, dostarczenie wyników tego samego dnia.
- d) Czy zamawiający dopuści oznaczanie Prokalcytoniny metodą półilościową w laboratorium Zamawiającego? Przy założeniu, że oferent zaoferuje i wyceni w załączniku cenowym szybki testem Immunochromatograficzny o następującej charakterystyce:  
Czas oznaczenia wynosi jedynie 30 minut, a do jego przeprowadzenia nie jest wymagana żadna aparatura ani kalibracja. Stężenie PCT w badanej próbce określane jest jako:  
< 0,5 ngJml,  
>=0,5 ng/ml < 2,0 ng/ml,  
>=2 ng/ml < 10,0 ng/ml,  
>=10 ng/ml.  
Taki szybki test półilościowy spełnia w pełni zadania stawiane laboratoryjnemu testowi służącemu do szybkiej diagnostyki sepsy. Spełnia też warunki testu przyłóżkowego mogącego być wykonanym przy łóżku pacjenta bez konieczności angażowania laboratorium, jedynie z 6 kropel surowicy. Wykazano ponadto spójność testu z LUMItest PCT (The Gold Standard for PCT measurement) (Adv Clin Exp Med 2004, 13,6, 945-948).  
Zaznaczyć należy, że Zamawiający przewiduje wykonanie ok 20 badań prokalcytoniny miesięcznie.
- e) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników, kalibratorów i kontroli dla niektórych testów, w formie liofilizatu, wymagających rekonstytucji przed użyciem?

f) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni później w stosunku do pierwotnie określonego w SIWZ?

**Odpowiedz**

od a) Zamawiający dopuszcza w/w analizator.

od b) Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w testu.

od c) Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie w/w analizatora.

od d) Zamawiający nie dopuszcza w/w oznaczenia.

od e) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w odczytników i kalibratorów.

od f) Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni później w stosunku do pierwotnie określonego w SIWZ.

**Pytanie 12 – dotyczące Zadania 3**

a) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania analizator nie posiadający opcji dowolnego wyboru pracy CBC i CBC-5Diff?

Rozumiemy, że Zamawiający, tak formułując parametr, ma na myśli ekonomiczne względy wykonywanych oznaczeń. (tańsze koszty w rozdziale 3-diff, droższe 5-diff).

Tym samym, zaoferowanie analizatora wydającego wszystkie wyniki w trybie 5-diff (pełniejsza informacja w stosunku do 3-diff) za potencjalnie niższą cenę, nie pozostaje w sprzeczności z merytoryczną stroną wymagania.

Dlatego prosimy o zaakceptowanie zaoferowania analizatora spełniającego w tym znaczeniu parametr nr 5.

Nadmieniamy, że w przypadku potrzeby, można dokonać wyboru parametrów, które mają znaleźć się na ekranie/wydruku wyników.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w analizator.

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora pobierającego 150 ul próbki w trybie otwartym oraz 230 ul krwi w trybie zamkniętym?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w analizatora.

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający wymaga, by oferowany analizator hematologiczny 5-diff dawał możliwość pomiaru retikulocytów?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w analizator hematologiczny 5-diff dający możliwość pomiaru retikulocytów.

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora podającego wskaźnik anizocytozy krwinek czerwonych RDW jako %CV (w tej jednej postaci)?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w analizatora.

**Pytanie 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, dla którego pomiar WBC odbywa się z liniowością do  $247 \times 10^3/\text{ul}$ ?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w analizatora.

**Pytanie 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora , dla którego nie ma możliwości pracy w trybie kapilarnym?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w analizatora.

**Pytanie 18**

Prosimy o przesłanie postanowień jakie znajdują się w umowie a dotyczą dzierżawy analizatorów (projekt umowy dzierżawy).

**Odpowiedz**

Zamawiający przedstawił projekt umowy dzierżawy w odpowiedzi na pytanie 23.

**Pytanie 19 – dotyczące Zadania 42**

Czy Zamawiający, w zadaniu 42 poz. 1 i 2 dopuści ofertę zawierającą jeden klon dwóch różnych serii dla odczynników Anty-A i Anty-B zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie. Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, punkt 7.6.1 Badanie grup krwi układu ABO, podpunkt 7.6.1.1 strona 7-44, stanowiący, że „Dopuszcza się stosowanie zestawów, zawierających odczynniki dwóch różnych serii tego samego klonu” ?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z zapisami SIWZ.

**Pytanie 20 – dotyczące projektu umowy:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w paragrafie / ust. 2 zapisu .. Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie"?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w paragrafie 3 ust. 5 zapisu .. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:
  - a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
  - b. istotnej zmiany cen przez producenta
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w paragrafie 5 ust. 2 zapisu "oraz jedną kopię faktury VAT"?
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w paragrafie 5 ust. 5 zapisu" otrzymania przez Zamawiającego faktury VA T" na .. wystawienia faktury VA T"?

**Odpowiedz**

- od1) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.
- od 2) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.
- od 3) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.
- od 4) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.

**Pytanie 21 – dotyczące SIWZ:**

Czy nie nastąpiła pomyłka w określeniu terminu związania oferty w załączniku nr 1 wzór formularza oferty, w punkcie 3 oferty jest zapis dot. 30 dni, a w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale 12 jest termin związania oferty określony na 60 dni, prosimy o określenie który zapis jest wiążący?

**Odpowiedz**

60 dni jest terminem wiążącym.

### **Pytanie 22 – dotyczące projektu umowy:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów projektu umowy na następujący zapis:

- a. §4 ust. 3a *jakikolwiek dostarczony element zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż zadeklarowany w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy?*

Uzasadnienie: Zamawiający nie powinien wymagać dostarczenia odczynników z terminem ważności 12 miesięcy skoro sam zadeklarował w przypadku niektórych zadanie inne terminy ważności np. zadanie 34 wymagany termin ważności minimum 6 miesięcy.

### **Odpowiedz**

Zamawiający modyfikuje §4 ust. 3A , poprzez dodanie .

„Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy\* / Pełnomocnika\* z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

- a) jakikolwiek dostarczony element zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia, **lub inny termin ważności zaakceptowany wyniku przeprowadzonego postępowania .”**

### **Pytanie 23 – dotyczące projektu umowy:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów projektu umowy i wyraża zgodę na wprowadzenie do projektu umowy, dodatkowych punktów dotyczących warunków dzierżawy dotyczy zadania 1:

”

#### **§ 1**

1. Dostawy przedmiotu dzierżawy do miejsca instalacji, tj. laboratorium .....dokonuje Wydzierżawiający w terminie do..... , na swój koszt i ryzyko, w szczególności zapewnia transport i ubezpieczenie na czas transportu. Wydzierżawiający pokrywa również koszty instalacji i szkolenia.
2. Z chwilą odbioru przedmiotu dzierżawy, wszelkie ryzyko związane z jego używaniem przechodzi na Dzierżawcę
3. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w Protokole Przekazania, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
4. Wydzierżawiający udziela Dzierżawcy gwarancji na okres ..... miesięcy, licząc od dnia instalacji

#### **§2**

1. Dzierżawca zobowiązany jest używać przedmiotu dzierżawy w miejscu wymienionym w pkt... .. §..... Zmiana lokalizacji przedmiotu najmu jest możliwa jedynie po pisemnym wyrażeniu zgody przez Wydzierżawiającego
2. Dzierżawca zobowiązany jest używać przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta oraz utrzymywać go w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.
3. Dzierżawca nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian czy przeróbek przedmiotu dzierżawy, ani usuwał, odłączał lub dołączał jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

#### **§ 3**

Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymywania przedmiotu dzierżawy w stanie przydatnym do umówionego użytku.

#### **§4**

1. Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać czynsz miesięcznie, w ciągu 30 dni od wystawienia przez Wydzierżawiającego faktury za miesiąc poprzedni na rachunek .....
2. Miesięczny czynsz wynosi netto ..... zł

#### **§ 5**

1. Po zakończeniu umowy oraz w przypadku określonym w § ... Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym w terminie 7 dni. Zwrot zostanie

- potwierdzony przez Wydierżawiającego w Protokole Odbioru.
2. Dzierżawca odpowiada wobec Wydierżawiającego za utratę i uszkodzenie przedmiotu dzierżawy wynikłe z jego winy
  3. Dzierżawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za zużycie będące wynikiem normalnej eksploatacji.
  4. W przypadku, gdy przedmiot najmu nie zostanie zwrócony w terminie określonym w pkt.1 niniejszego paragrafu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego należności za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu w wysokości 100 zł netto za każdy dzień.”

## **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów projektu umowy i wyraża zgodę na wprowadzenie do projektu umowy, dodatkowych punktów dotyczących warunków projektu umowy dzierżawy w następującym brzmieniu - **projekt umowy dzierżawy**

”

### **§ 1**

1. Dostawy przedmiotu dzierżawy do miejsca instalacji, tj. laboratorium 107 Szpitala Wojskowego SP ZOZ dokonuje Wydierżawiający w terminie do 30 dni od chwili podpisania umowy, na swój koszt i ryzyko, w szczególności zapewnia transport i ubezpieczenie na czas transportu. Wydierżawiający pokrywa również koszty instalacji i szkolenia.
2. Z chwilą odbioru przedmiotu dzierżawy, wszelkie ryzyko związane z jego używaniem przechodzi na Dzierżawcę
3. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w Protokole Przekazania, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
4. Wydierżawiający udziela Dzierżawcy gwarancji na okres obowiązywania umowy dzierżawy, licząc od dnia instalacji

### **§2**

1. Dzierżawca zobowiązany jest używać przedmiotu dzierżawy w miejscu wymienionym w pkt.1 §.1 Zmiana lokalizacji przedmiotu najmu jest możliwa jedynie po pisemnym wyrażeniu zgody przez Wydierżawiającego
2. Dzierżawca zobowiązany jest używać przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta oraz utrzymywać go w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.
3. Dzierżawca nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian czy przeróbek przedmiotu dzierżawy, ani usuwał, odłączał lub dołączał jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wydierżawiającego.

### **§ 3**

Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymywania przedmiotu dzierżawy w stanie przydatnym do umówionego użytku.

### **§4**

1. Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać czynsz miesięcznie, w ciągu 30 dni od wystawienia przez Wydierżawiającego faktury za miesiąc poprzedni na rachunek .....
2. Miesięczny czynsz wynosi netto ..... zł

### **§ 5**

1. Zakończenie umowy dzierżawy jest równoznaczne ze zużyciem odczynników określonych dla danego aparatu objętego umową dzierżawną ale nie wcześniej niż 30 dni od chwili wygaśnięcia umowy zasadniczej tj. 30.01.2012 r. Przekazanie sprzętu nastąpi w terminie 7 dni od zakończenia umowy na zasadach określonych w § 1 pkt.1.
2. Dzierżawca odpowiada wobec Wydierżawiającego za utratę i uszkodzenie przedmiotu dzierżawy wynikłe z jego winy
3. Dzierżawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za zużycie będące wynikiem normalnej eksploatacji.
4. W przypadku bezzasadnego , uniemożliwienia odbioru przedmiotu najmu przez dzierżawcę w terminie określonym w pkt.1 niniejszego paragrafu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego należności za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu w wysokości

100 zł netto za każdy dzień.”

**Pytanie 24 – dotyczące projektu umowy:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty instrukcji w języku polskim w formie książkowej podpisanej na pierwszej tytułowej stronie?

**Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 25 – dotyczące projektu umowy:**

W związku z polityką ochrony środowiska, oraz koniecznością dołączenia instrukcji użytkownika analizatora w zadaniu 1 czy Zamawiający wyraża zgodę na jej dołączenie do oferty w formie elektronicznej na CD?

**Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 26**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z następującymi terminami ważności:

- a - Zadanie 1 minimum 6 miesięcy?
- b - Zadanie 23 minimum 4 miesięcy?
- c - Zadanie 25 minimum 4-6 tygodni dla podłoży na płytkach zawierających krew?
- d - Zadanie 25 minimum 6-8 tygodni dla pozostałych podłoży na płytkach oraz 4 miesiące dla pozostałych podłoży?
- e - Zadanie 29 minimum 4-7 miesięcy?
- f - Zadanie 31 oraz 35 i 38 minimum 7 miesięcy?
- g - Zadanie 32 oraz 33 minimum 4 miesiące?
- h - Zadanie 34 minimum 2 miesiące?

**Odpowiedz**

- od a) Wyraża zgodę.
- od b) Wyraża zgodę.
- od c) Nie wyraża zgody.
- od d) Wyraża zgodę.
- od e) Wyraża zgodę.
- od f) Wyraża zgodę.
- od g) Wyraża zgodę.
- od h) Nie wyraża zgody.

**Pytanie 27 – dotyczące Zadania 23**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu 23 zestawu barwników do barwienia Grama zawierającego safraninę zamiast fuksyny karbolowej?

**Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 28 – dotyczące Zadania 23**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu czterech odczynników każdy po 240 ml (1op.=4x240ml) i wycenę 2 opakowań oraz wyraża zgodę na wycenę oferty wg. zaoferowanych pełnych opakowań?

**Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę.



### **Pytanie 29 – dotyczące Zadania 29**

Czy w pakiecie 29 w pozycji 6 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów do identyfikacji biochemicznej *Neisseria*, *Moraxella*, *Haemophilus* na podstawie 12 cech? Taka liczba cech jest wystarczająca do pełnej identyfikacji wszystkich istotnych klinicznie gatunków z w/w rodzajów, a ponad to jest to jedyny test umożliwiający identyfikację wymienionych drobnoustrojów interpretowany przy użyciu systemu ATB.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie 30 – dotyczące Zadania 25**

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby certyfikaty kontroli jakości zawierały następujące informacje: nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, datę ważności, ogólną charakterystykę pożywki, wykaz szczepów z kolekcji ATCC, natomiast informacje o oznaczaniu żywności i selektywności zawarte były w opisie metodyki danego podłoża?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie 31 – dotyczące Zadania 25**

Czy w pakiecie 25 Zamawiający wyraża zgody, aby napis na każdej płytce znajdował się na jej spodzie?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę aby napis na każdej płytce znajdował się na jej spodzie za wyjątkiem pozycji 8.

### **Pytanie 32 – dotyczące Zadania 25**

Czy w pakiecie 25 w celu prawidłowej interpretacji wzrostu drobnoustrojów, Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą oryginalnych kolorowych folderów producenta?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza dostarczenie wraz z ofertą oryginalnych kolorowych folderów producenta.

### **Pytanie 33 – dotyczące Zadania 25**

W zadaniu 25 Zamawiający wymaga, aby podłoże wyspecyfikowane w pozycji 3 umożliwiło bezpośrednią identyfikację najczęściej występujących patogenów. Według literatury najczęstszymi patogenami układu moczowego są: *E.coli*, *Proteus* lub *Enterococcus*. Czy należy przez to rozumieć, że Zamawiający wymaga, aby zaoferować podłoże zapewniające końcową identyfikację do rodzaju tych drobnoustrojów?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża zapewniającego końcową identyfikację do rodzaju tych drobnoustrojów.

### **Pytanie 34 – dotyczące Zadania 32**

Prosimy o sprecyzowanie, czy w zadaniu 32 należy zaoferować test lateksowy umożliwiający bezpośrednie wykrycie genu odpowiedzialnego za oporność na metycylinę (*mecA*) lub jego produktu PBP2' czy testu umożliwiającego jednoczesne wykrycie: clumping factor, białka A oraz grupowo-swoistego antygeny powierzchniowego charakterystycznego dla *S. aureus*?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający wymaga zaoferowania testu umożliwiającego jednoczesne wykrycie: clumping factor, białka A oraz grupowo-swoistego antygeny powierzchniowego charakterystycznego dla *S. aureus*.

### **Pytanie 35 – dotyczące Zadania 35**

Czy w zadaniu 35 należy zaoferować testy zawierające gotowy do użycia bufor fosforanowy?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający wymaga zaoferowania testów zawierających gotowy do użycia bufor fosforanowy.

### **Pytanie 36 – dotyczące Zadania 38**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania liczby oznaczeń z jednego opakowania, gdyż ten odczynnik jest konfekcjonowany w mililitrach i jego zużycie zależy od pracy laboratorium?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający odstępuje od wymogu podawania liczby oznaczeń z jednego opakowania.

### **Pytanie 37 – dotyczące Zadania 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dwa oferowane odczynniki posiadały komponenty w formie liofilizatu, do szybkiej i jednorazowej rekonstrukcji?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza proponowane odczynniki.

### **Pytanie 38 – dotyczące Zadania 6**

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający wymaga, aby jakość oferowanego testu do oznaczania troponiny była zgodna i nie gorsza niż zalecenia i wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (błąd precyzji dla 99 percentyla stężeń u osób zdrowych nie większy niż 10% CV), czy też dopuszcza złożenie oferty na odczynniki troponinowe gorszej jakości?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający wymaga aby jakość oferowanego testu do oznaczania troponiny była zgodna i nie gorsza niż zalecenia i wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (błąd precyzji dla 99 percentyla stężeń u osób zdrowych nie większy niż 10% CV).

### **Pytanie 39 – dotyczące Zadania 6**

Prosimy o zgodę na podanie trwałości odczynników po otwarciu zgodnie z zaleceniami producenta, czyli przy przechowywaniu zamiennym w analizatorze i w lodówce.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie 40 – dotyczące Zadania 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by nadruk na płytach znajdował się na spodzie (części płytki z podłożem)?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę aby napis na każdej płytce znajdował się na jej spodzie za wyjątkiem pozycji 8.

### **Pytanie 41 – dotyczące Zadania 39**

Czy Zamawiający oczekuje surowicy HM opak 5ml czy zestawu surowic HM(HM, AO, BO, CO, DO, EO każda po 5ml)?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje zestawu surowic.

### **Pytanie 42 – dotyczące Zadania 44**

1. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 2 probówkę do morfologii o obj. pobrania 1-2 ml?
2. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 5 w probówkę do biochemii o obj. pobrania 5,5-6 ml ?
3. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 6 probówkę do analizy logarytmicznej OB. o obj. pobrania 3,5-5 ml?
4. Czy Zamawiający oczekuje w poz.8 strzykawki do gazometrii z suchą heparyną litową zbalansowaną wapniem z podziałką skalowana co 0,1 ml do 3 ml, z zatyczką zabezpieczającą przed wymianą gazową po pobraniu?
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyspecyfikowanie w tabeli pakietu, uchwytów jednorazowych, w ilości równej ilości igieł systemowych. Uchwyty takie są niezbędne do funkcjonowania systemu zamkniętego.

**Odpowiedz**

- od 1) Zamawiający oczekuje próbówki do morfologii zgodnej z SIWZ.
- od 2) Zamawiający dopuszcza proponowaną próbkę do biochemii.
- od 3) Zamawiający nie dopuszcza proponowanej próbówki.
- od 4) Zamawiający oczekuje w poz.8 strzykawki do gazometrii z suchą heparyną litową zbalansowaną wapniem z podziałką skalowana co 0,1 ml do 1 ml, z zatyczką zabezpieczającą przed wymianą gazową po pobraniu
- od 5) Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 43 – dotyczące Zadania 45 - system pobierania krwi z palca**

1. Czy Zamawiający w pozycjach od 1 do 3 dopuści rozwiązanie pobierania krwi włośniczkowej w postaci zintegrowanego z próbką lejka?
2. Czy Zamawiający w pozycjach od 1 do 3 dopuści objętości pobrania 250-500 µl

**Odpowiedz**

- od 1) Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania
- od 2) Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

**Pytanie 44 – dotyczące Zadania 41**

Czy W związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej (m. in. krwinki wzorcowe) Zamawiający dopuści możliwość dostaw odczynników wg harmonogramu dostaw z możliwością dostaw pilnych w terminie 3 dni?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 45 – dotyczące Zadania 41**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaokrąglenia ilości dostarczanych mikrokart i odczynników do pełnych opakowań?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza zaokrąglenia ilości dostarczanych mikrokart i odczynników do pełnych opakowań.

**Pytanie 46 – dotyczące Zadania 41**

Czy w związku z konfekcjonowaniem enzymu proteolitycznego bromeliny w niepodzielne opakowania 2 x 100 ml Zamawiający dopuści zaoferowanie takiego opakowania?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w opakowanie.

**Pytanie 47 – dotyczące Zadania 20**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy do badania ogólnego moczu z nakrętką o pojemności 100ml ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w pojemnik.

**Pytanie 48 – dotyczące Zadania 20**

Czy Zamawiający dopuści próbkę plastikową przezroczystą z polistyrenu o pojemności 5ml i średnicy 12mm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w próbkę.