

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

Opis i oznaczenie postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : **na dostawę środków dezynfekcyjnych, materiałów zużywalnych do sterylizacji gazowej i parą wodną, druków medycznych gotowych i zleonych, ciekły azot** przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP w dniu 10.09.2013r pod numerem 365696 – 2013 oraz ogłoszonego na stronie internetowej www.107sw.mil.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Znak sprawy: 33/med/2013

Działając na podstawie art. 92, ust.1, pkt.1 – 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Z 2013 r. poz. 907) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty / ofertach odrzuconych / ofertach wykluczonych:

Wybrana oferta / nazwa Wykonawcy oraz uzasadnienie wyboru oferty

*Oferta nr 2 – **Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o. , ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań***

Zadanie 1,10

Zamawiający działając na podstawie art. 91 ust.1 wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Wykonawca także spełnił wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.

*Oferta nr 4 – **Szulke Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa***

Zadanie 2

Zamawiający działając na podstawie art. 91 ust.1 wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Wykonawca także spełnił wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.

*Oferta nr 5 – **Informer Med Sp. z o. o., ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań***

Zadanie 5,7,8

Zamawiający działając na podstawie art. 91 ust.1 wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Wykonawca także spełnił wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.

Oferta nr 6 – Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A., ul. Ratuszowa 11 p.318, 03-450 Warszawa

Zadanie 4,11,12

Zamawiający działając na podstawie art. 91 ust.1 wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Wykonawca także spełnił wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.

Oferta nr 7 – 3M Poland Sp. z o. o., Al. Katowicka 117 Kajetany, 05-830 Nadarzyn

Zadanie 6

Zamawiający działając na podstawie art. 91 ust.1 wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Wykonawca także spełnił wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.

Oferta nr 8 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

Zadanie 3

Zamawiający działając na podstawie art. 91 ust.1 wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Wykonawca także spełnił wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.

Oferta nr 9 – Media-Med Sp. z o. o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków

Zadanie 9

Zamawiający działając na podstawie art. 91 ust.1 wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Wykonawca także spełnił wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.

Oferta nr 10 – Air Products Sp. z o. o., ul. Pory 59, 02-757 Warszawa

Zadanie 14

Zamawiający działając na podstawie art. 91 ust.1 wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Wykonawca także spełnił wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.

Oferta nr 11 – PPHU Druk Joanna Biernat-Lewicka, ul. Abrahama 7, 80-307 Gdańsk

Zadanie 13

Zamawiający działając na podstawie art. 91 ust.1 wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Wykonawca także spełnił wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

według załącznika – karta oceny ofert

Unieważnienie postępowania – uzasadnienie faktyczne i prawne

Postępowanie nie zostało unieważnione

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – uzasadnienie faktyczne i prawne

Oferta nr 3 – **OSS Sp. z o.o. , ul. Starowiejska 65/67, 80-534 Gdańsk**

Uzasadnienie prawne:

- Zgodnie z art.89 ust.1 punkt 2 – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ – Zamawiający odrzuca Państwa ofertę w **Zadaniu 1**

Uzasadnienie faktyczne:

- Zamawiający w SIWZ w Zadaniu 1, poz.17 wymagał określonego spectrum w dwóch czasach kontaktu tj;
 - B,Tbc,F,V w czasie do 15 min
 - B,Tbc,F,V,S w czasie do 180 min

Powyższy opis wynikał z potrzeby zastosowania preparatu do dezynfekcji narzędzi medycznych głównie w zakresie pełnego spectrum (B,Tbc,F,V) w bardzo krótkim czasie kontaktu 15 minut z powodu specyfiki pracy w naszych blokach operacyjnych.

Proponowany przez państwa preparat Aniosept activ o stężeniu 0,5% w czasie 15 minut nie osiąga właściwości wirusobójczych zgodnie z normą PN-EN 14476, co zostało zawarte w SIWZ Zamawiającego. Według informacji dołączonej przez Oferenta do postępowania najniższe stężenie o działaniu B,F,V,Tbc to 1% w czasie 30 minut. Zgodnie z zapisem: w czasie 15min. w/w spectrum osiąga preparat przy stężeniu 2%.

Wykonawcy wykluczeni – uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający nie wykluczył Wykonawców

Zamawiający informuje, że informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie umieszczona na stronie internetowej Szpitala , oraz przesłana do Wykonawców, faxem, drogą elektroniczną. W związku z powyższym Zamawiający po upływie 5 dni tj. dnia **12.11.2013 r.** może zawrzeć umowę.